



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

Warszawa, dn. 09.01.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego – 7 pakietów

Znak sprawy: DZP/270/176/16

W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści pompę wspomagającą pracę serca o wydajności powyżej 4,1l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe parametry SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w zakresie.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska