



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

---

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

---

DZP.262.178.2017 Warszawa, dn. 28.11.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**dostawę probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych.**

W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1: Dotyczy przedmiotu zamówienia**

Dot. poz. 9 Czy Zamawiający dopuści statyw o wys. 72mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści również statyw o wysokości 72mm.

W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w zakresie.

Z poważaniem  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Beata Kierzkowska*