



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 15.05.2018r

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę specjalistycznego sprzętu kardiologicznego wraz z dzierżawą urządzeń – 4 pakiety** w trybie przetargu nieograniczonego znak: **DZP.262.50.2018**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Dotyczy pakietu nr 1**

**Pytanie 1**  
**do SIWZ (IV. Ust. 3. Ppkt.3.3.)**

Czy Zamawiający dopuści maksymalnie 14 dniowy czas dostawy i instalacji systemu w zadaniu 1 - Mobilny system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezświetleniowego FFR ?

Termin dostawy wymagany przez Zamawiającego to maksimum 3 dni od daty zawarcia umowy. Urządzenie jest wysyłane z zagranicy, czas dostawy to maksimum 2 tygodnie od dnia złożenia formalnego zamówienia czyli podpisania Umowy przetargowej. Ponadto instalacja systemów wymaga koordynacji pracy działu technicznego Wykonawcy i Zamawiającego, oraz inżyniera producenta zainstalowanego u Zamawiającego angiografu. Prace instalacyjne wymagają również zaplanowania wyłączenia pracowni z użytkowania na minimum 2 dni robocze.

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o akceptację na dostawę i instalację w/w systemów w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisu w Rodz. IV pkt. 3 ppkt. 3.3. nadając obowiązujące brzmienie:

**„3. Wymagane terminy realizacji i termin płatności.**

3.3.Termin dostawy, uruchomienia i oddania do eksploatacji dzierżawionych urządzeń: **do 14 dni roboczych** od daty zawarcia umowy co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru”.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy Zamawiający zmienia Formularz Oferty w zakresie Rodz. III pkt. 5 nadając obowiązujące brzmienie:

### „III. INFORMACJE ODCZYTYWANE W TRAKCIE PUBLICZNEJ SESJI OTWARCIA OFERT

5. Termin dostarczenia dzierżawionych urządzeń – (do 14 dni roboczych) ..... dni roboczych od daty zawarcia umowy”.

***W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujący Formularz Oferty.***

#### Pytanie 2

**do SIWZ (XII Wzór Umowy - Dzierżawa § 22, ust. 3,4,5)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego terminów określonych w projekcie umowy dzierżawy w **§22**.

Ust. 3 – akceptacja usunięcia usterki w terminie do 5 dni roboczych

Ust.4. - naprawa przedmiotu dzierżawy w terminie do 10 dni od chwili zgłoszenia

Ust.5. – zmiana zapisu na „ w przypadku napraw dłuższych niż 14 dni”.

Prośbę swą uzasadniamy tym, iż wymagane przez Zamawiającego terminy na usunięcie usterki i naprawę urządzeń dzierżawy mogą być zbyt krótkie – dysponujemy ograniczonymi zasobami inżynierów-serwisantów, i mogłoby zaistnieć zagrożenie niedotrzymania tak krótkich terminów napraw usterek.

Oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby wywiązać się z działań serwisowych w możliwie jak najkrótszym terminie.

#### Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminów określonych we wzorze umowy §22 ust. 3,4,5 nadając obowiązujące brzmienie:

„§ 22

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w terminie do 5 dni roboczych od momentu reakcji serwisu w przypadku awarii nie wymagającej wymiany części.
4. W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca zobowiązany jest do naprawy przedmiotu dzierżawy w terminie 10 dni od chwili zgłoszenia.
5. W przypadku napraw dłuższych niż 14 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie objęte umową wraz z instalacją”.

#### **Dotyczy pakietu nr 4**

##### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 koszulek naczyniowych do wprowadzania przez tętnicę promieniową z przewodnikiem o końcówce prostej z możliwością odkształcenia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

##### Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Dotyczy pakietu nr 3**

##### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne do koronarografii, które w krzywiznie typu pigtail posiadają osiem otworów bocznych? Pozostałe parametry oferowanego produktu pozostają bez zmian.

##### Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**UWAGA!!!**

**Wykonawca zobowiązany jest do podania w Załączniku nr 3 do Formularza Oferty opisu zgodnie z zaoferowanym asortymentem.**

**Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przekazuje aktualnie obowiązujący Formularz Oferty.**

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Beata Kienzkowska*