

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

Warszawa 03.07.2018r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę obłożeń do kraniotomii oraz kosztów przedoperacyjnych – 2 pakiety** w trybie przetargu nieograniczonego znak: **DZP.262.59.2018**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 1 Pozycja 1** serwety głównej zgodnej z SIWZ, gdzie worek ma wymiary 70x90 cm.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 1 Pozycja 1** sterylnej serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100x150 cm wykonanej w całości z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o min gramaturze 60 g/m² z przylepcem w części centralnej.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 1 Pozycja 1** dwukomorowej kieszeni przylepna 2x15x30 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 4


Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 1 Pozycja 1**, 3x tupfer z gazy 47x40cm z nitką RTG. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarze XL/XXL, wiązanych z tyłu w pasie i przy szyi, wykonanych z SMS min. 35 g / m.kw?



Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązaną na biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do kraniotomii, sterylnego, o składzie i parametrach:

a) serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 56g/m², rozmiar 200x410cm, posiadającą otwór 20x25cm wypełniony folią chirurgiczną, zabezpieczony wokół absorbcyjnym materiałem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego, charakteryzującego się bardzo wysoką chłonnością, o gramaturze min. 106g/m² i nieprzemakalnością serwety w strefie krytycznej (warstwy wzmocnionej) na poziomie min. 900cm H₂O. Dodatkowo warstwa chłonna tworzy wyprofilowany kołnierz odprowadzający płyny z pola operacyjnego do worka. Serweta dodatkowo posiada taśmę klejącą w odcinku piersiowym umożliwiającą stabilizację pacjenta. Worek ze sztywnikiem na zewnętrznym brzegu w rozm. 50cm x 70cm z możliwością odprowadzenia płynów.

Odpowiedź 7 a)

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

b) Folia chirurgiczna o grubości min. 0,025m i przepuszczalności ~400gms/m²/24 hrs. Folia chirurgiczna i wszystkie elementy obłożenia wyposażone w taśmy klejące charakteryzują się wysokim stopniem adhezyjności.

Odpowiedź 7 b)

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

c) 4 serwety wykonane z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 73g/m² i nieprzemakalności min. 900cm H₂O i wymiarach 50x60cm z taśmą klejącą o szerokości 5cm na dłuższym boku serwety, tj. długości 60cm,

Odpowiedź 7 c)

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

d) serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 90x150cm pokryta z jednej strony (górnej) materiałem chłonnym wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² z przylepcem w części centralnej,

Odpowiedź 7 d)

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

e) jednokomorowa foliowa kieszeń przylepna w rozm. 35x21cm z taśmą klejącą i dwukomorowa foliowa kieszeń przylepna 2x21x35cm z taśmą klejącą wykonane z folii o grubości min. 150 µm,

Odpowiedź 7 e)

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

f) pojemnik plastikowy 250ml (7cm x 5cm) z podziałką, niebieski,

Odpowiedź 7 f)

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

g) 3 x tupper 50x50cm do dezynfekcji umieszczony w pojemniku plastikowym 250ml z podziałką (zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego),

Odpowiedź 7 g)

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

h) serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 200x150cm, o gramaturze min. 56g/m², z laminatu dwuwarstwowego z przylepcem w części centralnej?

Odpowiedź 7 h)

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym (długość min. 110cm i szerokość na dole po rozłożeniu min. 140cm) o gramaturze min. 35g/m²?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Pytania dot. projektu umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenia uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź 9

Zamawiający zamówi na pewno 70% ilości wskazanych w SIWZ.

W związku z powyższym § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustalone w załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednakże zmniejszenie nie będzie przekraczało 30% wartości umowy brutto.”

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 18 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!!!

Zamawiający zezwala na modyfikację Załącznika nr 2 do Formularza Oferty - „OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Załącznika nr 2 do Formularza Oferty opisu zgodnie z zaoferowanym asortymentem.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska