

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	599-15-02
--------------------	-----------

Warszawa, 09.08.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 14 pakietów.

Postępowanie znak **DZP.262.87.2018**

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 - dotyczy Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 - dotyczy Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w punkcie nr 5 dopuści elektrody neutralne o powierzchni 110 cm² zamiast 105cm², pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 - dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 1 frez o średnicy 2,5mm i dł. 21,5 mm?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4 - dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 2 frez o średnicy 2,9mm i dł. 26 mm?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5 - dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 3 frez o średnicy 1,6 mm?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 - dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 4 trepan o wym. 7/11 mm?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7 - dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 5 frez o średnicy 1,2 mm

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8 - dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 1 pincetę bipolarną o dł. całkowitej 200 mm i szerokości końcówki roboczej 1,2mm?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9 - dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 2 pincetę bipolarną o dł. całkowitej 230 mm i szerokości końcówki roboczej 1,2mm?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10 - dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 3 pincetę bipolarną o szerokości końcówki roboczej 1,2mm?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11 - dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 4 pincetę bipolarną o dł. całkowitej 250 mm i szerokości końcówki roboczej 1,2mm?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12 - dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 5 pincetę bipolarną o dł. całkowitej 230 mm?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13 - dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14 - dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych o pojemności 100ml?

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15 - dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający oczekuje worka z zastawką zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 16 - dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 94µg/g?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17 - dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL=1,0?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18 - dot. pakietu nr 11

Prosimy o dopuszczenie rękawic z mankietem rolowanym jako lepszą alternatywę. Rolowanie na końcu mankieta uniemożliwia zsuwanie się rękawicy z fartucha. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne oraz medyczne uzasadnienie posiadania mankieta nierolowanego.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19 - dot. pakietu nr 11 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jako alternatywnej rękawicy o parametrach jak poniżej.

Rękawiczki chirurgiczne jałowe, lateksowe; lekko pudrowane o obniżonej zawartości pudru (mąki kukurydzianej) ≤ 15 mg/rękawice; sterylne, opakowane zgodnie z wymaganiami dla opakowań sterylnych. Dostępne w rozmiarach 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5.

Ponadto:

- a) zgodne z normą EN 455 - potwierdzone dokumentem producenta
- b) oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIA - potwierdzone deklaracją zgodności
- d) odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone raportem z badań
- e) test przepuszczalności wody AQL<1,0 - potwierdzone dokumentem producenta
- f) przebadane zgodnie z normą EN 374-3 – potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej
- g) o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 40 µg/g)- potwierdzone certyfikatem badania producenta
- h) mankiety nierolowane, rozszerzane od nadgarstka ku łokciowi
- i) powierzchnia zewnętrzna o teksturze biszkoptowej z mikroteksturą na palcach, każde najmniejsze opakowanie handlowe zawiera m.in.: opis w języku polskim: nazwę wyrobu, producenta, numer serii, datę ważności, znak zgodności CE,

Powyższy produkt, który pragniemy zaoferować jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20 - dot. pakietu nr 11

W przypadku jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie rękawic opisanych w pierwszym pytaniu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jako alternatywnej rękawicy o parametrach jak poniżej.

Rękawiczki chirurgiczne jałowe, lateksowe; lekko pudrowane o obniżonej zawartości pudru (mąki kukurydzianej) < 90 mg/rękawiczkę; sterylne i opakowane zgodnie z wymaganiami dla opakowań sterylnych. Dostępne w rozmiarach 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5.

Ponadto:

- a) zgodne z normą EN 455 - potwierdzone dokumentem producenta
- b) oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIA - potwierdzone deklaracją zgodności
- c) oznakowane jako środek ochrony osobistej kategorii III - potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej
- d) odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone raportem z badań
- e) test przepuszczalności wody AQL<1,0 - potwierdzone dokumentem producenta
- f) zgodne z normą EN-374-2, EN-374-3 - potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej
- g) o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 40 µg/g)- potwierdzone badaniami niezależnej jednostki
- h) mankiety rolowane, rozszerzane od nadgarstka ku łokciowi
- i) powierzchnia teksturowana, każde najmniejsze opakowanie handlowe zawiera m.in. opis w języku polskim: nazwę wyrobu, producenta, numer serii, datę ważności, znak zgodności CE, oznakowanie jako środek ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21 - dot. pakietu nr 12, ilość pozycji 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika dializacyjnego dwuświatłowego o wymiarach: 8Fr o długości 13cm, 9Fr o długości 15cm, 12Fr o długości 15cm oraz cewnik 14Fr o długości 15 cm. Cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żyłnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą typu 'Y' 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, rozszerzacz, znaczonej przewodnica z końcówką 'J' o średnicy wewnętrznej 8,8mm i wadze 30 gram, koreczek heparynizowany 70 % alkoholem izopropylowym, naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 22 – dot. §10 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź 22

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z tym § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 5 dni od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego.”

Pytanie 23 – dot. §11 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie zapisu „....., jednak nie mniej niż 500,00 zł za każdy dzień zwłoki” lub jego modyfikację na zapis: „.....**jednak nie mniej niż 50,00 zł przy zamówieniach nie mniejszych niż 500,00 zł netto**”, gdyż kara w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki jest nieadekwatna przy zamówieniach np. 1 sztuki produktu (przy małych zamówieniach kara jest zbyt wygórowana).

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24 – dot. §17 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację paragrafu 17 pkt 3 wzoru umowy na: „powtarzające się przypadki niedochowania warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności co najmniej dwukrotne **kolejne** nieterminowe zrealizowanie dostaw lub co najmniej dwukrotne **kolejno** niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości zrealizowanie zamówienia, a także co najmniej dwukrotne **kolejno** uchybienie w zakresie jakości dostarczonego towaru daje Zamawiającemu podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa żądania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, w szczególności finansowych, odszkodowawczych etc. **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania**”.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź 25

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

Pytanie 26

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 3:

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie (...), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień zwłoki **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części dostawy.**
3. W przypadku uchybień obowiązkowi (...) w wysokości 0,2% wartości netto **niezrealizowanej części** umowy, nie mniej niż 500 zł za każde zdarzenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto uchybionego obowiązku.**
oraz § 8 ust. 7:
7. Niewywiązanie się (...) 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27 – dot. pakietu 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worki posiadające białą, tylną ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu przez przezroczystą przednią ściankę?_Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 28 – dot. wzoru umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29 dot. wzoru umowy § 11 ust. 1 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 11 w sposób następujący:

Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy określone w części dotyczącej warunków dostawy (§ 3 ust.2) i reklamacji (§10 ust.1), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30 dot. Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 1 (załącznik nr 2 do siwz) cewników kalibracyjnych z markerami o następujących parametrach:

- 1) cewniki o długości 90-110cm
- 2) średnica 5F
- 3) min 6 otworów bocznych w dystalnej części przewodnika
- 4) znakowane dobrze widocznymi w rtg wolframowymi markerami w części dystalnej
- 5) 1cm znaczniki na długości 14 lub 22cm (1cm odstępy między znacznikami)

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!!!

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Formularza Cenowego, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowanym asortymentem.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. zmianę zapisu w Rozdz. IV pkt 3 ppkt 3.2 w brzmieniu:

„3.2. Dostawy sukcesywne realizowane w terminie max. **5 dni** od daty złożenia pisemnego zamówienia przez przedstawiciela Działu Zaopatrzenia (dopuszcza się zamówienie w formie faksu).”

2. zmianę zapisu w Rozdz. IV pkt 3 ppkt 3.3 w brzmieniu:

„3.3. Termin płatności: min. 60 dni.”

3. zmianę zapisu w Rozdz. XII § 3 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Za termin dostawy rozumie się datę podpisania dokumentu dostawy. Potwierdzenie odbioru

towaru jest czynnością techniczną i w żadnym zakresie nie stanowi uznania zobowiązania finansowego przez Zamawiającego.”

4. zmianę zapisu w Rozdz. XII § 8 ust. 1 w brzmieniu:


„Płatności, w ramach wartości brutto umowy, o której mowa w §7 ust. 1, będą realizowane sukcesywnie za każdą wykonaną sukcesywną dostawę przedmiotu umowy w terminie dni – wyłącznie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. zmianę zapisów w Rozdz. III Formularza Oferty w brzmieniu:

„4. Termin realizacji dostaw sukcesywnych (max. 5 dni) dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”

„6. Termin płatności: (min. 60 dni) - dni.”

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje **aktualnie obowiązujący Formularz Oferty**.

Z poważaniem
Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji Finansowych

mgr Łukasz Radwański