



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 01.08.2018r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz dzierżawa generatora do cięcia i koagulacji – 12 pakietów** w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.79.2018

W związku z odpowiedziami na zapytania do SIWZ udzielonymi w dniu 17.07.2018r dotyczącymi w/w postępowania, Zamawiający przekazuje **sprostowanie w zakresie pytania nr 1:**

BYŁO

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aplikator typu spike czyli urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku, które posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis) oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, o dopuszczalnym czasie użytkowania 4 dni, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,75 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

JEST

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

p. o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Piotr Nowicki