



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL  
KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00 FAX

599-15-02

Warszawa dnia 22.11.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  
**specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 2 pakiety**  
znak: DZP.262.166.2018

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 dot. pakietu 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga pistoletu jednorazowego do biopsji gruboigłowej z igłą jednorazową, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. parametry.

**Pytanie nr 2 dot. pakietu 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga jednorazową igłą współosiową do biopsji, kompatybilna z w/w przyrządem oraz adapter 10mm, igła współosiowa zawiera czteroczęściowy przyrząd składający się z kaniuli zewnętrznej z dołączoną żeńską piastą ostrza typu luer-lock, wewnętrznego ostrza typu trokar z dołączoną męską piastą ostrza typu luer-lock, ostrza o tępej końcówce oraz gumowego elastycznego ogranicznika głębokości w formie pierścienia nasuwanego na ostrze, gumowy ogranicznik jest kompatybilny z w/w przyrządem, nie zsuwa się z igły. Rozmiary: dla śred.: 18G - 10, 16, 20cm; 20G - 16 i 20cm; kompatybilne rozmiary igieł współosiowych odpowiednio: 17G - 7,8 i 13,8 i 17,8cm; 19G - 7,8, 13.8 oraz 17.8cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. parametry.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Beata Kierzkowska*