



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
02-097 Warszawa, Banacha 1a  
tel.: (22) 599-17-00; fax.: (22) 599-17-14

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
I NA STRONĘ INTERNETOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli - 5 części”

**Nr postępowania DZP.262.09.2019**

W związku z wpływieniem zapytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Dotyczy: Część V – Wózek reanimacyjny – 3 szt.**

Pytanie:

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny na konstrukcji jezdnej z blokadą dwóch kół o średnicy 150 mm, koła (z odbojnikami z tworzywa sztucznego) wykonane z materiału niebrudzącego podłoża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 szuflad (wysokość szuflad do wyboru przez Zamawiającego), dostępne konfiguracje:
  - 1 konfiguracja: 1 x szuflada o wys. 75 mm i 4 x szuflada o wys. 150 mm
  - 2 konfiguracja: 2 x szuflada o wys. 75 mm, 2 x szuflada o wys. 150 mm, 1 x szuflada o wys. 225 mm

- 3 konfiguracja: 3 x szuflada o wys. 75 mm, 2 x szuflada o wys. 225 mm  
Szuflady umieszczone w jednym, pionowym rzędzie, zamykane centralnie za pomocą klucza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści szuflady na prowadnicach łożyskowych, bez mechanizmu samodociągania, z pełnym wysuwem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający blat roboczy wykonany z tworzywa typu ABS, z podniesionymi brzegami, wymiary blatu 640 x 545 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający blat górny / roboczy z wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne dł. 720 mm, gł. 610 mm, wys. 1080 mm (wysokość bez nadstawki)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

7. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści fronty oraz uchwyty szuflad wykonane z tworzywa ABS (bez dodatku jonów srebra), fronty w kolorze jasnoszarym, możliwość wyboru koloru uchwytów (6 kolorów do wyboru: czerwony, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, niebieski, zielony)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

8. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, zintegrowane z frontami, umieszczone na całej szerokości szuflady?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

9. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w otwieracz do ampułek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

10. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w otwieracz do ampułek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo montowany do wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na cewniki (zamiast koszyka)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

12. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w listwę zasilającą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie:

13. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do reanimacji pacjenta był wyposażeniem do każdego wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyposażenia każdego wózka reanimacyjnego w zestaw do reanimacji pacjenta, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie:

14. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia personelu w zakresie części V (zapisy w umowie, §1, pkt. 2.2). W przypadku wyboru naszej oferty Zamawiającemu zostaną dostarczone gotowe, zmontowane produkty, które są proste w obsłudze, a wykwalifikowany personel nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w j. polskim, dostarczonej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu przeszkolenia personelu w zakresie części V, zapisy SIWZ (w tym załącznika nr 5 – dotyczącego postanowień umowy) pozostają bez zmian.

**Dotyczy: Części 1**

Pytanie:

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble, których fronty wykonane są z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie:

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble, których plecy wykonane są z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18 mm?

Oferowane rozwiązanie zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną mebla oraz jego trwałość.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Dotyczy: Część IV**

Pytanie:

Dotyczy poz. 12 szafa do przechowywania cewników

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy do przechowywania cewników o wysokości 2150 mm. Proponowana wysokość gwarantuje prawidłowe i bezpieczne przechowywanie cewników, które przy niższej szafie mogą być narażone na uszkodzenia. Oferowana szafa spełnia pozostałe wymogi określone w SIWZ dla tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Dotyczy poz. 16 regał magazynowy listwowy dwustronny

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o wymiarach: 530x600x1500 (długość liczona bez uchwytów) oraz 690x600x1500 mm (długość liczona z uchwytami do prowadzenia). Oferowany regał spełnia pozostałe wymogi określone w SIWZ dla tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Część IV – specyfikacja: wymagania technologiczne mebli

19. Proszę o potwierdzenie, czy specyfikacja: wymagania technologiczne mebli znajdująca się pod tabelą pakietu nr 4 nie została w tym miejscu umieszczona omyłkowo? Opis wskazuje, że powinna dotyczyć raczej pakietu nr 1 czyli mebli biurowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagania technologiczne dotyczą mebli biurowych.

Pytanie:

Część V, poz. wózek reanimacyjny

20. W związku z zapisami punktów 3 i 9, proszę o potwierdzenie, czy Wykonawca ma zaoferować wózek, w którym:
- szuflada górna jest zamykana zwykłym zamkiem i pozostałe szuflady zamykane są zamkiem centralnym
  - czy
  - szuflada górna jest zamykana zwykłym zamkiem, pozostałe bez zamka
  - czy
  - wszystkie szuflady (łącznie z górną) zamykane są jednym zamkiem centralnym



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wózka w którym wszystkie szuflady (łącznie z górną) zamykane są jednym zamkiem centralnym

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w zakresie.

Jednocześnie nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 26.03.2019 r. do godz. 9:30 . Otwarcie ofert nastąpi 26.03.2019 r. o godz. 10:00

Warszawa, dnia 22.03.2019 r.