

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UL. BANACHA 1A, 02-097 WARSZAWA
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak pisma: DZP. 262.08.2019/1

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.

**STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
I WYKONAWCY WG ROZDZIELNIKA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Generatora Ge/Ga wraz z eluentem do Generatora Ge/Ga) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: DZP.262.08.2019

Pytanie 1 (Pisownia oryginalna)

„ Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie ile sztuk eluentu Zamawiający wymaga. W Formularzu cenowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia (tabela) jest 10 szt. Natomiast w dalszej części opisu jest zapis: (...) 12 szt. po 250 ml. Informujemy, że w komplecie z generatorem jest dostarczona 1 szt. Eluentu.

Prosimy o określenie czy do kalkulacji ceny mamy wziąć pod uwagę 10 czy 11 sztuk eluentu do generatora”.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest 10 sztuk eluentu i taką ilość należy uwzględnić w kalkulacji ceny.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w zakresie poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ (wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma).

DZP.262.08.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja	Opis przedmiotu zamówienia		
	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość wymagana
1	Generator 68 Ge-68 Ga typu Galliapharm o aktywności 1,85 GBq.	szt.	1
2	Eluent do generatora typu Galliapharm 0,1 M HCl 250 ml	szt.	10

Uwaga: poz. 2 musi być kompatybilna z poz. 1

Ad 1.

- Generator Galliapharm 68-Ge/68-Ga o aktywności 1,85 GBq.
- Wydajność/zawartość 68 Ga w 5 ml eluatu – nie mniej niż 60%.
- Zawartość 68 Ge w eluacie w dniu kalibracji – nie więcej niż 0,001%.
- Eluat sterylny i wolny od endotoksyn bakteryjnych.
- Do znakowania peptydów
- Kolumna generatora – dwutlenek tytanu
- Zawartość metali: Fe < 10 ug/GBq
Zn < 10 ug/GBq
- Gwarantowany czas eksploatacji minimum 12 miesięcy od daty kalibracji.
- Folder ze zdjęciami oraz opisem zaoferowanego urządzenia w języku polskim razem z ofertą.
- Instrukcja obsługi w języku polskim razem z dostawą.
- Zamawiający wymaga by aktywność generatora była kalibrowana na dzień najbliższy dniu dostawy jednak nie później niż 2 tygodnie od dnia dostawy.

Ad 2.

- Eluent do generatora Galliapharm 0,1 M HCl (o dużej czystości) w ilości wystarczającej na 500 elucji (10 szt. po 250ml).
- Eluen musi być kompatybilny z generatorem typu Galliapharm 68-Ge/68-Ga o aktywności 1,85 GBq.