

DZP.262.08.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Pozycja | Opis przedmiotu zamówienia | | |
|---------|--|-----------------|----------------|
| | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość wymagana |
| 1 | Generator 68 Ge-68 Ga typu Gallipharm o aktywności 1,85 GBq. | szt. | 1 |
| 2 | Eluent do generatora typu Gallipharm 0,1 M HCl 250 ml | szt. | 10 |

Uwaga: poz. 2 musi być kompatybilna z poz. 1

Ad 1.

- Generator Gallipharm 68-Ge/68-Ga o aktywności 1,85 GBq.
- Wydajność/zawartość 68 Ga w 5 ml eluatu – nie mniej niż 60%.
- Zawartość 68 Ge w eluacie w dniu kalibracji – nie więcej niż 0,001%.
- Eluat sterylny i wolny od endotoksyn bakteryjnych.
- Do znakowania peptydów
- Kolumna generatora – dwutlenek tytanu
- Zawartość metali: Fe < 10 ug/GBq
Zn < 10 ug/GBq
- Gwarantowany czas eksploatacji minimum 12 miesięcy od daty kalibracji.
- Folder ze zdjęciami oraz opisem zaoferowanego urządzenia w języku polskim razem z ofertą.
- Instrukcja obsługi w języku polskim razem z dostawą.
- Zamawiający wymaga by aktywność generatora była kalibrowana na dzień najbliższy dniu dostawy jednak nie później niż 2 tygodnie od dnia dostawy.

Ad 2.

- Eluent do generatora Gallipharm 0,1 M HCl (o dużej czystości) w ilości wystarczającej na 500 elucji (12 szt. po 250ml).
- Eluent musi być kompatybilny z generatorem typu Gallipharm 68-Ge/68-Ga o aktywności 1,85 GBq.