



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, dn. 03.06.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę specjalistycznego sprzętu kardiochirurgicznego- 3 pakiety
Znak sprawy: DZP/270/72/16

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 (zastawka aortalna stentowa perikardialna) dopuści produkt o następującej charakterystyce:

Zastawka aortalna stentowa całkowicie perikardialna (bez żadnego innego dodatkowego materiału biologicznego), w której wykorzystano pojedynczy płat perikardium rozpięty od zewnątrz na homopolimerowym stencie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie w SIWZ.