



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



---

DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

---

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

---

Warszawa, 15.06.2016r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do badania krwi, odczynników laboratoryjnych, wyrobów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych –14 pakietów**  
Postępowanie znak DZP/270/76/16

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 4.** Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i poziom wykrywalności testu powinien być wyrażony w ng/ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający popełnił błąd. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do Formularza Oferty - Formularz Cenowy – Pakiet 4. W załączeniu Zamawiający przekazuje obowiązujący wzór Formularza Cenowego dla Pakietu 4.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 4.** Czy Zamawiający dopuści test, w którym część antygenowa testu została porównana z badaniem hodowli bakteryjnej uzyskując czułość 90,50% i swoistość 93,10%, a część toksyn testu została porównana z badaniem hodowli tkankowej uzyskując czułość 87,8% i swoistość 99,4?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści również test o w/w parametrach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 4.** Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłużenia dla Pakietu nr 4 ulotek/instrukcji wykonania testów?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w zakresie Pakietu 4 wymaga załączenia do oferty ulotek/instrukcji wykonania testów.

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 14.** Jaki maksymalny termin dostaw sukcesywnych przewiduje Zamawiający dla pakietu nr 14?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby dostawy sukcesywne w zakresie Pakietu 14 były realizowane w terminie **max. 5 dni** od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Przedstawiciela Działu Zaopatrzenia. W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Formularza Oferty w tym zakresie

*W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium.

**Aktualnie obowiązujące terminy:**

Termin składania ofert i wpłaty wadium – **22.06.2016r. godz. 10:30**

Termin otwarcia ofert – **22.06.2016r. godz. 11:00**

**Załączniki:**

1. Obowiązujący wzór Formularza Cenowego – Pakiet 4