



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



|   |           |
|---|-----------|
| DYREKTOR NACZELNY                               | 599-15-00 |
| Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH                   | 599-15-10 |
| Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH      | 599-15-20 |
| Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH | 599-15-30 |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY                                 | 599-22-20 |

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, dn. 17.06.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**dostawę sprzętu endoskopowego-2 pakiety**

**Znak sprawy: DZP/270/75/16**

W związku z wpływaniem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia **Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści : Sterylną, jednorazową igłę do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą aparatu endoultrasonograficznego (EUS-FNA) wykonaną ze stali szlachetnej ; długość robocza narzędzia 1400mm, regulowana w zakresie stopnia wysunięcia osłonki między 1354mm-1407mm; maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 80mm (cały zakres 0-80mm), średnica ostrza igły 19G,22G i 25G , maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,85mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; na końcu dystalnym igły znajdują się otworki, które wzmacniają echogeniczność igły; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany nitinolowy mandryn zapewniający stałą drożność igły; posiada blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki (pokrętło) oraz blokadę wysunięcia osłonki (pokrętło) w zakresie 0-55mm ; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia igły oraz oddzielna skala pozwalająca określić stopień wysunięcia osłonki; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; posiada metalowe złącze typu luer lock, które umożliwia stabilne zamocowanie igły na endoskopie; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml;

**Odpowiedź 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**UWAGA!** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Formularza Cenowego w/w zakresie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zaofertowanym asortymentem.

**Pytanie nr 2** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet 2 oraz wymagań opisanych w SIWZ rozdział II punkt 2.1 podpunkt 2.1.1, punkt 2.2 podpunkt 2.1.1: Czy w przypadku gdy Wykonawca oferuje wyrób medyczny i nie jest wymagana zgodnie z ustawą posiadanie opisanych przez Zamawiającego rozdział II punkt 2.1 podpunkt 2.1.1; rozdział II punkt 2.2 podpunkt 2.1.1 SIWZ koncesji, zezwoleń czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu dla pakietu nr 2?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający popełnił błąd. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z Rozdziału II z punktu 2.1 podpunkt 2.1.1, oraz z Rozdziału II z punktu 2.2 podpunkt 2.1.1.

**Pytanie nr 3** Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Pakiet 2, zapisów umowy, zapisów SIWZ dotyczących terminu wykonania dostaw sukcesywnych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw sukcesywnych liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź 3:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby termin dostaw sukcesywnych liczony był w dniach roboczych. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Formularz Oferty. Obowiązujący Formularz Oferty przekazuje w załączeniu.

**Pytanie nr 4** Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 ustęp 2: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie na zapis „ za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5** Dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin o którym mowa w paragrafie 10 pkt. 1 liczony był w dniach roboczych?

**Pytanie nr 6** Dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu o którym mowa w paragrafie 10 ustęp 1 do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź do 5 i 6:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

*„W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad - w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego.”*

**Pytanie nr 7** Dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie części zapisu z ustępu 3 „ nie mniej niż 500 zł za każde zdarzenie”?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8** Dotyczące zapisów umowy paragraf 15 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary o których mowa w paragrafie 15 ustęp 2 do 1,5% ale nie więcej niż 10% wartości umowy?

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9, Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1,2,6,7,8,10 i dopuści:

**Poz.2**

Igła endoskopowa długość robocza 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość ostrza igły 5mm, średnica ostrza igły 0,5mm (25G) i 0,7mm (22G).

**Poz.6**

Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli, pokrywana w całości, z kołnierzami z obu końców zabezpieczającymi przez migracją, długość protezy całkowita z kołnierzami 20mm, średnica 16mm/kołnierz 26mm, długość aplikatora 180-200cm, średnica aplikatura max 11FR.

**Poz.7**

Proteza samorozprężalna o zwiększonej sprężystości, prosta, do łagodnych zwężeń dróg żółciowych, pokrywana w całości, 10 platynowych markerów widocznych w RTG, długość protezy w zakresie 4-10cm, średnica protezy 10mm, do aplikacji przez endoskop, długość aplikatura 180-200cm, średnica aplikatora max 9FR.

**Poz.8**

Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieuszczelności po zabiegach chirurgicznych. Proteza pokrywana w całości, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy max 28mm, długość protezy max 23cm. Średnica aplikatora 24Fr, długość 70cm.

**Poz.10**

Siatka do usuwania polipów, o śr.35mm, wykonana z elastycznego materiału nie zawierającego latexu, długość robocza 230cm, średnica kanału roboczego 2,8mm, jednorazowa.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10**

Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w/w pakiecie pozwoli zaoferować sterylną igły do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igły wykonanej ze stali niklowo-chromowej *obecny wymóg w SIWZ: stal kobaltowo-chromowa*), igły z identyfikacją rozmiaru na opakowaniu; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 3

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zmiany o których mowa w ust.2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy o której mowa w § 7 ust.1, a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego, o ile zmniejszenie nie przekroczy 30% wartości umowy brutto.”

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

*„Zmiany o których mowa w ust.2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości brutto umowy o której mowa w § 7 ust.1, a w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu umowy nie będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego, o ile zmniejszenie nie przekroczy 30% wartości umowy brutto.”*

**Pytanie 12**

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 2 dni od pozytywnego rozpatrzenia pisemnej reklamacji Zamawiającego.”

**Odpowiedź 12:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5 i 6.

**Pytanie 13**

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 2

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego autoryzowanego przez producenta sprzętu podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd.”

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

*„Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego autoryzowanego przez producenta sprzętu podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd.”*

**Pytanie 14**

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15**

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16**

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 3

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1% oraz z 500zł na „nie mniej niż 50zł”.

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 17**

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu zgodnie z poniższą propozycją: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w części dotyczącej dostawy (§3 ust.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

*„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w części dotyczącej dostawy (§3 ust.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”*

**Pytanie 18**

Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

**Odpowiedź 18:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19**

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wzoru umowy następującej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

**Odpowiedź 19:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 20- Dotyczy Pakietu nr 2**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, w miejsce pierwotnych parametrów, sterylnych igieł do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wysoce echogeniczna igła z mandrynem z końcówką kulkową zapewniającą pobranie lepszej próbki cytologicznej; igła wykonana ze stali nierdzewnej chromowo- niklowej (zapewniającej zwiększoną odporność na odkształcenia, igła pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły w różnych średnicach w zależności od średnicy igły, dostępne średnice; 19, 22 i 25 Gauge, zaokrąglone końcówki osłonki. Naturalnie wyprofilowany uchwyt do zapewnienia kontroli nad igłą i stabilizacji. Pierścień zabezpieczający z blokadą na żądanym przedłużeniu, referencyjny znacznik „0” zapewniający całkowite wycofanie igły do koszulki. Regulowana długość osłonki igły od 0-5 cm, długość wysunięcia igły 0-8 cm,.

Długość robocza narzędzia regulowana w zakresie 1380-1430 mm. Do zastosowania przy minimalnym kanale roboczym 2,0 mm z endoskopem posiadanym przez Zamawiającego. Identyfikacja rodzaju i rozmiaru igły umieszczona na rękojeści.

**Odpowiedź 20:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 21- Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 3:**

Czy zamawiający dopuści igły endoskopowe o długości ostrza igły 5mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź 21:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

**Pytanie 22- Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści protezy samorozprężalne o następujących parametrach:

„Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana posiadająca na całej długości 6 mm oczka pozwalające na przełożenie drugiej protezy samorozprężalnej lub plastikowej, trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w środkowej części, widoczne w RTG, do aplikacji przez endoskop, długość aplikatora 180 cm, średnica aplikatora max 8Fr, wymiary protez średnica 8mm lub 10mm zakres długości od 6 do 10cm”.

**Odpowiedź 22:**

Tak. Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

**Pytanie 23- Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 7:**

Czy w opisie przedmiotu zamawiającego nie wystąpiła omyłka pisarska w następującej treści:

„(...) długość protezy w zakresie 406 cm(...)”/

Powinno być:

„(...) długość protezy w zakresie 4-6 cm (...)”.

**Odpowiedź 23:**

Tak, Zamawiający popełnił błąd. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do Formularza Oferty - Formularz Cenowy – Pakiet 1. W załączeniu Zamawiający przekazuje obowiązujący wzór Formularza Cenowego dla Pakietu 1.

*W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

**Załączniki:**

1. Obowiązujący Formularz Oferty;
2. Obowiązujący Załącznik nr 2 do Formularza Oferty;