



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, dn. 14.07.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
**dostawę sprzętu medycznego- 3 pakiety**  
**Znak sprawy: DZP/270/94/16**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Dotyczy pakietu nr 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji żył centralnych sposobem Seldingera, z cewnikiem zestaw dwuświatłowym, wielkość 16+16G/20 cm, poliuretanowym z miękkim końcem i znacznikami długości, punktem mocowania cewnika do skóry, stalową prowadnicą,. W zestawie także strzykawka 3- częściowa z końcówką luer lock oraz rozszerzało. Połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock” , do zestawu dołączana, osobno pakowana strzykawka z otworem w tłoku oraz osobno pakowana igła do przetoczeń.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 2:** Dotyczy pakietu nr 1 poz.2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji żył centralnych sposobem Seldingera, zestaw z cewnikiem trójświatłowym, wielkość 16+18+18G/20 cm, poliuretanowym z miękkim końcem i znacznikami długości, punktem mocowania cewnika do skóry, stalową prowadnicą, w zestawie strzykawka 3- częściowa z końcówką luer lock oraz rozszerzało. Połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock” do zestawu dołączana, osobno pakowana strzykawka z otworem w tłoku oraz osobno pakowana igła do przetoczeń.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 3: Dotyczy wzoru umowy, rozdział XII SIWZ §1 ust.2**

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zmniejszenie wielkości zamówień nie przekroczy 20% wartości umowy.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację projektu umowy w sposób następujący:

**§1 ust.2** otrzymuje brzmienie: „Ustalone w Załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednakże zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 50% wartości umowy”.

**Pytanie 4: Dotyczy wzoru umowy, rozdział XII SIWZ §15 ust.3**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem. W Przypadku, gdy Wykonawca nie zapłaci kary w terminie wskazanym w nocie, Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 5: Dotyczy wzoru umowy, rozdział XII SIWZ §15 ust.2**

Zwracam się z prośbą o dodanie do §15 wzoru umowy poniższego zapisu z jednoczesnym wykreśleniem ust.2:

„Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane , jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Jednocześnie podkreślamy, że uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §8 ust.2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 7:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §10 ust.1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający wyraża zgodę na 5 dniowy termin reklamacji.

**Pytanie 8:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §11 ust.1:

Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminu określone w części dotyczącej warunków dostawy (§3 ust.2) i reklamacji (§10 ust.1), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niewykonanej części dostawy.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 9:**

**Pakiet nr 1, poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kaniulacji żył centralnych sposobem Seldingera dwuświatłowy, wielkość 14+18G/20cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 10:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz.1 zestawów do kaniulacji żył centralnych dwuświatłowych o wielkości kanałów 14+18G- pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 11:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawów do kaniulacji żył centralnych zaopatrzonych w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami NEUTRON- nowsze rozwiązanie zastępujące dotychczas stosowane koreczki TEGO pochodzące od tego samego producenta firmy ICU.

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

*W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*