



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
02 - 097 Warszawa, ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

Warszawa, dnia 03.08.2016r.

## MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków w zakresie Rozdz. IV pkt. 2.3. oraz w Załączniku nr 4 do Formularza Oferty:

**Było :**

L.p.	Parametry podlegające ocenie	Punkty
<b>PAKIET 1</b>		
1.	Bezpieczne ostrze – po uzbrojeniu trokara, ostrze wysuwa się tylko raz, chowa i zostaje zablokowane	Tak – 1 Nie – 0
2.	Wizualny wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza	Tak – 0 Nie – 1
3.	Dźwiękowy wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza	Tak – 1 Nie – 0
4.	System uszczelki pozwalający na używanie różnych narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowych reduktorów	Tak – 0 Nie – 1
5.	Trójstopniowy zawór insuflacja/desuflacja	Tak – 1 Nie – 0
<b>PAKIET 2</b>		
1.	Łatwość przechodzenia przez tkanki	Tak – 0 Nie – 1
<b>PAKIET 3</b>		
1.	Możliwość zastosowania > 6 strzałów	Tak – 1 Nie – 0
2.	2 pozycje zamknięcia: pośrednia i całkowita	Tak – 1 Nie – 0
3.	Dostępność ładunków : 3,5 mm i 4,8 mm	Tak – 0 Nie – 1
4.	System zabezpieczenia przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia	Tak – 0 Nie – 1
5.	Blokada zabezpieczająca przed przypadkową aktywacją bez ładunku	Tak – 1 Nie – 0
6.	Gumowana rękojeść	Tak – 1 Nie – 0

L.p.	Parametry podlegające ocenie	Punkty
<b>PAKIET 4</b>		
1.	Możliwość zastosowania > 6 strzałów	Tak – 1 Nie – 0
2.	2 pozycje zamknięcia: pośrednia i całkowita	Tak – 1 Nie – 0
3.	Dostępność ładunków : 3,5 mm i 4,8 mm	Tak – 0 Nie – 1
4.	System zabezpieczenia przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia	Tak – 0 Nie – 1
5.	Blokada zabezpieczająca przed przypadkową aktywacją bez ładunku	Tak – 1 Nie – 0
6.	Gumowana rękojeść	Tak – 1 Nie – 0
7.	> 3 – stopniowa kompresja tkanki	Tak – 1 Nie – 0
8.	Łamane kowadełko	Tak – 1 Nie – 0

#### Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

#### Zestawienie parametrów ocenialnych przedmiotu zamówienia

##### Pakiet 1

L.p.	Parametr	Punktacja	Parametr oferowany
1.	Bezpieczne ostrze – po uzbrojeniu trokara, ostrze wysuwa się tylko raz, chowa i zostaje zablokowane	TAK – 1 NIE - 0	
2.	Wizualny wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza	TAK – 1 NIE - 0	
3.	Dźwiękowy wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza	TAK – 1 NIE - 0	
4.	System uszczelki pozwalający na używanie różnych narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowych reduktorów	TAK – 1 NIE - 0	
5.	Trójstopniowy zawór insuflacja/desuflacja		

##### Jest:

L.p.	Parametry podlegające ocenie	Punkty
<b>PAKIET 1</b>		
1.	Bezpieczne ostrze – po uzbrojeniu trokara, ostrze wysuwa się tylko raz, chowa i zostaje zablokowane	Tak – 1 Nie – 0
<b>2.</b>	<b>Wizualny wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza</b>	<b>Tak – 1</b> <b>Nie – 0</b>
3.	Dźwiękowy wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza	Tak – 1 Nie – 0
<b>4.</b>	<b>System uszczelki pozwalający na używanie różnych narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowych reduktorów</b>	<b>Tak – 1</b> <b>Nie – 0</b>

5.	Trójstopniowy zawór insuflacja/desuflacja	Tak – 1 Nie – 0
<b>L.p.</b>	<b>Parametry podlegające ocenie</b>	<b>Punkty</b>
<b>PAKIET 2</b>		
<b>1.</b>	<b>Łatwość przechodzenia przez tkanki</b>	<b>Tak – 1 Nie – 0</b>
<b>L.p.</b>	<b>Parametry podlegające ocenie</b>	<b>Punkty</b>
<b>PAKIET 3</b>		
1.	Możliwość zastosowania > 6 strzałów	Tak – 1 Nie – 0
2.	2 pozycje zamknięcia: pośrednia i całkowita	Tak – 1 Nie – 0
<b>3.</b>	<b>Dostępność ładunków : 3,5 mm i 4,8 mm</b>	<b>Tak – 1 Nie – 0</b>
<b>4.</b>	<b>System zabezpieczenia przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia</b>	<b>Tak – 1 Nie – 0</b>
5.	Blokada zabezpieczająca przed przypadkową aktywacją bez ładunku	Tak – 1 Nie – 0
6.	Gumowana rękojeść	Tak – 1 Nie – 0

<b>L.p.</b>	<b>Parametry podlegające ocenie</b>	<b>Punkty</b>
<b>PAKIET 4</b>		
1.	Możliwość zastosowania > 6 strzałów	Tak – 1 Nie – 0
2.	2 pozycje zamknięcia: pośrednia i całkowita	Tak – 1 Nie – 0
<b>3.</b>	<b>Dostępność ładunków : 3,5 mm i 4,8 mm</b>	<b>Tak – 1 Nie – 0</b>
<b>4.</b>	<b>System zabezpieczenia przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia</b>	<b>Tak – 1 Nie – 0</b>
5.	Blokada zabezpieczająca przed przypadkową aktywacją bez ładunku	Tak – 1 Nie – 0
6.	Gumowana rękojeść	Tak – 1 Nie – 0
7.	> 3 – stopniowa kompresja tkanki	Tak – 1 Nie – 0
8.	Łamane kowadełko	Tak – 1 Nie – 0

#### Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

#### Zestawienie parametrów ocenialnych przedmiotu zamówienia

##### Pakiet 1

L.p.	Parametr	Punktacja	Parametr oferowany
1.	Bezpieczne ostrze – po uzbrojeniu trokara, ostrze wysuwa się tylko raz, chowa i zostaje zablokowane	TAK – 1 NIE - 0	
2.	Wizualny wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza	TAK – 1 NIE - 0	

3.	Dźwiękowy wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza	TAK – 1 NIE - 0	
4.	System uszczelek pozwalający na używanie różnych narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowych reduktorów	TAK – 1 NIE - 0	
5.	<b>Trójstopniowy zawór insuflacja/desuflacja</b>	<b>TAK – 1 NIE - 0</b>	