



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 11.08.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
**dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 4 pakiety**  
w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP/270/131/16

W związku z wpływaniem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający w Pakiecie 4 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i paracentezy do prostego i szybkiego pobrania płynu z jamy opłucnej lub odbarczenia jamy brzusznej - cewnik do nakłucia o śr. 8CH, dł. 12,5cm - igła 16ga. Po przejściu przez ścianę klatki piersiowej lub jamy brzusznej obły mandryn wysuwa się z wnętrza igły punkcyjnej zabezpieczając przed niezamierzoną penetracją. Wysuwanie i cofanie mandrynu do wnętrza igły sterowane jest samoczynnie specjalnie skonstruowaną sprężyną. Automatyczny zawór kulkowy zamyka światło cewnika podczas wysuwania igły. Igła posiada również barwny wskaźnik jej położenia - zabarwiający się na czerwono lub zielono, informujący o tym czy ostry koniec igły jest zabezpieczony obłym mandrynem czy niezabezpieczony przy przechodzeniu przez ścianę klatki piersiowej lub jamy brzusznej. Jednokierunkowy zawór kulkowy umożliwia wypływ powietrza i płynu z igły, jednocześnie zapobiegając przedostaniu się powietrza atmosferycznego do jamy opłucnowej lub otrzewnowej. Kaniula posiada 4 otwory boczne oraz znakowanie wgłębne co 1 cm. Zestaw ze strzykawką Luer-Lock 50 -60 ml, kranik trójdrożny, dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu oraz worek o pojemności 2000 ml. Worek na uzyskany płyn, kaniula i strzykawka tworzą razem system zamknięty.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.