



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

Warszawa, 24.10.2016r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na **dostawę specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 17 pakietów**
Postępowanie znak DZP/270/138/16

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy pokrywany lekiem w średnicach 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 mm i długościach: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm, ale dla długości 120 i 150 mm brak jest dostępnej średnicy 8 mm? Dla średnic 4,0-6,0 mm cewnik balonowy kompatybilny jest z koszulkami naczyniowymi 5-6F, natomiast dla średnicy 7,0 i 8,0 mm z koszulką 7F. Dla zakresu średnic 4-5 mm balon zwinięty jest w 4 fałdy natomiast 6-8 mm w 5 fałd. Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Pakiet 14 poz. 1. Czy zamawiający dopuści cewnik balonowy pokrywany lekiem o następujących parametrach?:

Długości: 40, 80, 120 mm.

Średnice: 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm.

Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire

Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 2 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,)

Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy

Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu.

RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy. Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez służę introducera.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
[Signature]
mgr Beata Kierzkowska