



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



|   |               |
|---|---------------|
| DYREKTOR NACZELNY                               | 599-15-00     |
| Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH                   | 599-15-10     |
| Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH    | 599-15-20     |
| Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH | 599-15-30     |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY                                 | 599-22-20     |
| CENTRALA 599-10-00                              | FAX 599-15-02 |

Warszawa, 28.11.2016r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę hemo i plazmafiltrów, dializatorów, drenów i filtrów do hemodializ oraz** materiałów zużywalnych do aparatu Prometheus – 4 pakiety znak DZP/270/153/16

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Pakiet 3. Lp 1

Prosimy o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowych, heliksonowych, sterylizowanych parą wodną, posiadających wyższe klirensy niż dializatory polisulfonowe.

Prosimy o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowych, heliksonowych:

- o pow. 1m<sup>2</sup> o symbolu FX5 do pozycji 1.1 – do pow. 1,3m<sup>2</sup>,
- o pow. 1,4m<sup>2</sup> o symbolu FX8 do pozycji 1.2 – do pow. 1,6m<sup>2</sup>,
- o pow. 1,8m<sup>2</sup> o symbolu FX10 (obecnie dostarczany Państwu) do pozycji 1.3 -do pow. 1,8m<sup>2</sup> ?

**Pytanie 2**

Pakiet 3. Lp 2

Ze względu na wycofanie z oferty dializatorów polisulfonowych, wysokoprzepływowych, sterylizowanych parą wodną, o powierzchniach 1,3m<sup>2</sup> 1,6m<sup>2</sup> 1,8m<sup>2</sup> prosimy o dopuszczenie obecnie dostarczanych Państwu dializatorów heliksonowych, wysokoprzepływowych, sterylizowanych parą wodną, o powierzchni:

- 1,4m<sup>2</sup> FX60classix do pozycji 2.1 – do pow. 1,3m<sup>2</sup>
- 1,4m<sup>2</sup> FX60classix do pozycji 2.2 – do pow. 1,6m<sup>2</sup>
- 1,8m<sup>2</sup> FX80classix do pozycji 2.3 – do pow. 1,8m<sup>2</sup> ?

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dokona wydzielenia pozycji (l.p.) nr 3 i 4 do odrębnych, nowych pakietów?

**Pytanie 4**

Pakiet 3. Lp 1

Prosimy o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowych, heliksonowych, sterylizowanych parą wodną, posiadających wyższe klirensy niż dializatory polisulfonowe.

Prosimy o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowych, heliksonowych:

- o pow. 1m<sup>2</sup> o symbolu FX5 do pozycji 1.1 – do pow. 1,3m<sup>2</sup>,
- o pow. 1,4m<sup>2</sup> o symbolu FX8 do pozycji 1.2 – do pow. 1,6m<sup>2</sup>,
- o pow. 1,8m<sup>2</sup> o symbolu FX10 (obecnie dostarczany Państwu) do pozycji 1.3 -do pow. 1,8m<sup>2</sup>
- o pow. 1,8m<sup>2</sup> o symbolu FX10 do pozycji 1.4 -do pow. 2,2m<sup>2</sup> ?

### **Pytanie 5**

Pakiet 3. Lp 2

Ze względu na wycofanie z oferty dializatorów polisulfonowych, wysokoprzepływowych, sterylizowanych parą wodną, o powierzchniach 1,3m<sup>2</sup> 1,6m<sup>2</sup> 1,8m<sup>2</sup> prosimy o dopuszczenie obecnie dostarczanych Państwu dializatorów heliksonowych, wysokoprzepływowych, sterylizowanych parą wodną, o powierzchni:

- 1,4m<sup>2</sup> FX60classix do pozycji 2.1 – do pow. 1,3m<sup>2</sup>
- 1,4m<sup>2</sup> FX60classix do pozycji 2.2 – do pow. 1,6m<sup>2</sup>
- 1,8m<sup>2</sup> FX80classix do pozycji 2.3 – do pow. 1,8m<sup>2</sup> ?

### **Odpowiedź na pytania 1,2,3,4,5**

W odpowiedzi na powyższe pytania zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 do Formularza Oferty w zakresie pakietu nr 3. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia oraz dokonuje podziału pakietu nr 3 wyłączając z niego pozycję 3 i 4 tworząc nowy pakiet 3a.

W związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z podziałem pakietu nr 3 na pakiety: (nr 3) i (nr 3a) zmianie ulegają zapisy:

#### **• Rozdz. III pkt. 1 SIWZ:**

##### **1. OBOWIĄZEK WPLATY WADIUM**

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Pakiet nr 3 – 7.670,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych)

Pakiet nr 3a – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych)

**Wadia do pozostałych pakietów pozostają bez zmian.**

**W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujący Formularz Cenowy w zakresie pakietów nr 3 i nr 3a stanowiące Załącznik nr 2 do Formularza Oferty.**

Z poważaniem,

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Beata Kierzkowska*