



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa, 13.01.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów jednorazowego użytku i płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzenia** znak DZP/270/196/16

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy: DZP/270/196/16 pakiet zbiorczy pozycje 7 i 9.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 13%(1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferazy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 i 9 z pakietu zbiorczego do osobnego pakietu?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: DZP/270/196/16 pakiet zbiorczy pozycja 11.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: DZP/270/196/16, Pakiet zbiorczy- Dostawa materiałów jednorazowego użytku i płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzenia, ilość pozycji 12, pozycja 10

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 4FR o długości 30 cm (nr. katalogowy: HK- 4030) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 21Ga x 3,8cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze, znaczonego przewodu J-Flex Tip 0.018", koreczek heparynizowany.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: DZP/270/196/16, Pakiet zbiorczy- Dostawa materiałów jednorazowego użytku i płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzenia, ilość pozycji 12, pozycja 11

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości **15cm**(nr. katalogowy: EF- 7613), **20cm** (nr. katalogowy: EF- 7713) i **24cm** (nr. katalogowy: EF- 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodu J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 i pozycji 11 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy załącznik nr 3 zestawienie parametrów pozycja 34:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie użytego sformułowania „Naprawy urządzenia i koszt materiałów w cenie oferty” i potwierdzenie, że dotyczy ono kosztu części zamiennych do naprawianego aparatu. Użyta formuła mogłaby sugerować bezpłatną dostawę wszystkich materiałów jednorazowego użytku do terapii nerkozastępczych.

Odpowiedź 9

Tak, zamawiający potwierdza, że zapis w załączniku nr 3 *zestawienie parametrów...* pozycja 34 dotyczy kosztu części zamiennych do naprawianego aparatu.

Pytanie 10

Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w określeniu wielkości powierzchni hemofiltera, gdyż z naszej wiedzy i znajomości rynku wynika, iż największy dostępny w zestawach do hemodiafiltracji cytrynianowej hemofiltr posiada powierzchnię 1,8 m².

Odpowiedź 10

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do Formularza Oferty, pozycja nr 3 w zakresie, wielkości powierzchni hemofiltera, zgodnie z załączonym aktualnie obowiązującym formularzem cenowym.

Pytanie 11

Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy pozycja 10:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w określeniu średnicy wymaganego cewnika, gdyż podany rozmiar 3,5 F może mieć zastosowanie jedynie u pacjentów w wieku niemowlęcym lub wcześniaków.

Odpowiedź 11

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do Formularza Oferty, pozycja nr 10 w zakresie, średnicy wymaganego cewnika, zgodnie z załączonym aktualnie obowiązującym formularzem cenowym.

Pytanie 12

Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy pozycja 11:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w określeniu długości wymaganego cewnika, gdyż z naszej wiedzy i znajomości rynku wynika, iż cewniki dializacyjne silikonowe o średnicy 11,5 F mogą mieć długości 15, 20 lub 24 cm.

Odpowiedź 12

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do Formularza Oferty, pozycja nr 11 w zakresie, długości wymaganego cewnika, zgodnie z załączonym aktualnie obowiązującym formularzem cenowym.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujący Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do Formularza Oferty.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska