



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa, dn. 17.02.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawę pomp baklofenowych wraz z zestawami do uzupełniania leku**

Znak sprawy: DZP/270/09/17

W związku z wpływieniem pytania dotyczącego SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy o cechach:

**POMPA INFUZYJNA PROGRAMOWALNA:**

- programowalny zakres przepływu: od 0,0 ml do 28,8 ml/dzień.
- precyzja dawki:  $\pm 3\%$  niezależnie od temperatury, zmian ciśnienia i stanu baterii.
- objętość zbiornika: 20ml.
- trzon pompy: elastyczne silikonowe ramię (elastyczność 90°).
- odporność na przekłucia memberany 1000 razy
- możliwość wykonania MRI
- żywotność baterii pompy 10 lat, przy przepływie 25 ml/dzień z zachowaniem pełnej programowalności przez cały okres użytkowania?

**CEWNIK DOOPONOWY:**

- całkowita długość: 110,0 cm.
- nieprzezierna końcówka wolframowa: 3 mm dalszego zakończenia.
- możliwość docięcia cewnika do odpowiedniej długości.

**TUNELIZATOR:**

- tunelizator do użycia z cewnikiem o długości 110cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Beata Kierzkowska*