



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, 06.03.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu radiologicznego, filmów RTG oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 3 pakiety.**
Postępowanie znak **DZP.262.16.2017**

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 3. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany pistolet posiadał dwa przyciski strzału – jeden z tyłu, drugi na lewym boku rękojeści?

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 3. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany pistolet – dla bezpieczeństwa, podczas wykonywania procedury biopsji – posiadał plastikowe wypustki na rękojeści, które zapobiegają przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika zabiegowego?

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 3. Czy Zamawiający wymaga, aby pistolet był kompatybilny z kaniulą wprowadzającą w rozmiarze 17Gx13,8cm oraz 17Gx17,8 cm?

Odpowiedź 1,2,3

Tak, Zamawiający wymaga aby pistolet posiadał w/w parametry. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3 oraz przekazuje **aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2 do Formularza Oferty.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska