



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 10.03.2017r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę implantów pniowych oraz ślimakowych – 2 pakiety** w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.14.2017

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 1

Pytanie 1

Dotyczy punktu 3.

Czy Zamawiający dopuści w celu zwiększenia konkurencyjności implant, w którym liczba rzeczywistych kanałów stymulacji - niezależnych źródeł stymulacji (electrode contacts) jest równa 12?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie punktu 12 . W jaki sposób w procesie wszczęcia implantu, ustawiania lub rehabilitacji Zamawiający zamierza wykorzystać wspomniane w punkcie 12 dwa dyski SSD o podanych w punkcie 12 parametrach.?

Odpowiedź 2

Dyski są niezbędne do zabezpieczenia kopii zapasowej danych z ustawień procesorów dźwięku.

Dotyczy pakietu nr 2

Pytanie 3

Wnosimy o zmianę lub usunięcie punktu 4. Parametr ten został sformułowany jako wymagany. Takie rozwiązanie jest w stanie spełnić wyłącznie jeden dostawca – firma Medicus, która jest dystrybutorem marki Cochlear w Polsce. Takie wymaganie ogranicza (wręcz uniemożliwia) tym samym możliwość udziału innych firm w postępowaniu przetargowym. Ograniczenie tylko do jednego typu elektrody i firmy zabiera pacjentom możliwość korzystania z bardziej miękkich i atraumatycznych elektrod, które pozwalają na bezpieczne zachowanie struktur anatomicznych ślimaka co jest wysoce niekorzystne dla Pacjentów.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Zapytanie dotyczy punktu 8.

Czy Zamawiający dopuści w celu zwiększenia konkurencyjności zastosowanie urządzenia, które umożliwi wykonanie pomiarów telemetrycznych za pośrednictwem implantu, procesora dźwięku oraz interfejsu podłączonych przewodowo ze sobą ale nie podłączonego do sieci elektrycznej?

Przewodowy sposób pomiaru (bez podłączenia do sieci elektrycznej) pozwala na bezpieczne oraz

bardzo szybkie wykonanie badania. Obecne wymaganie dopuszcza do wzięcia udziału w przetargu tylko jednego producenta co w znaczący sposób ogranicza konkurencję a przez to nie pozwala pacjentom na korzystanie z innych rozwiązań medycznych.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Zapytanie dotyczy punktu 13.

Czy zamawiający dopuści użycie pilota, który pozwala na zmianę parametrów procesora mowy takich jak głośność, czułość i aktywny program? Umożliwienie pacjentom samodzielnych zmian progów słuchowych map za pomocą pilota może prowadzić do niekorzystnych i potencjalnie niebezpiecznych dla pacjenta sytuacji (np. podnoszenie progów głośności do poziomów znacznie przewyższających dobre zrozumienie mowy i komfort głośności). Jest to szczególnie ważne w przypadkach gdy użytkownikami systemu implantu są dzieci które same zmieniają te parametry lub robią to za nie rodzice - kierowani dobrymi intencjami mogą wręcz zaszkodzić pacjentowi, który może nie być w stanie zasygnalizować że poziomy stały się nieakceptowalnie wysokie (np. niemowlęta). Program wizyt po wszczęciu implantu ślimakowego zapewnia wystarczająco częste wizyty kontrolne w klinice – ich częstotliwość pozwala na efektywne ustawienie parametrów progów słuchowych poszczególnych map. Ponadto wymagane rozwiązanie jest w stanie spełnić wyłącznie firma Medicus, która jest dystrybutorem marki Cochlear w Polsce co znacząco ogranicza konkurencyjność prowadzonego postępowania.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Czy przez sformułowanie: „Procesor dźwięku z automatyczną zmianą programów akustycznych” Zamawiający rozumie automatyczną zmianę programów (map, np. z pierwszej na drugą) w procesorze czy też automatyczne dostosowywanie przez procesor bieżącego programu (mapy)?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza obie możliwości, tj. procesor z automatyczną zmianą programów-map (np. z pierwszej na drugą) i/lub procesor z automatycznym dopasowaniem bieżącego programu-mapy)

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie punktu 20 . W jaki sposób w procesie wszczęcia implantu, ustawiania lub rehabilitacji Zamawiający zamierza wykorzystać wspomniane w punkcie 12 dwa dyski SSD o podanych w punkcie 12 parametrach.?

Odpowiedź 7

Dyski są niezbędne do zabezpieczenia kopii zapasowej danych z ustawień procesorów dźwięku.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska