

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



---

DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

---

CENTRALA 599-10-00	599-15-02
--------------------	-----------

---


Warszawa, 04.04.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę ostry, żyłek, taśm do mikrotomu oraz drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów**  
Postępowanie znak **DZP.262.46.2017**

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 - Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1a**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach podanych, jak w SIWZ, wygląd jak na rysunku:



**Odpowiedź 1**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2 – dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści system z portem bezigłowym o możliwości aktywacji do 400 oraz większej (lepszej) szybkości przepływu 350 ml/min?

**Odpowiedź 2**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 3**

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 1 Zamawiający dopuszcza wycenę leku Lignocainum 2 % żel 30 g. ?

**Odpowiedź 3**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 4**

Pakiet nr 4 poz. 1 – Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 0,25% chlorheksydydy oraz 2% lignokainy, czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że miejscem dostaw dla takiego wyrobu medycznego powinna być Apteka Szpitalna?

**Odpowiedź 4**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 5 dot. pakietu 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do 300-krotnej aktywacji spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? W praktyce szpitalnej w zasadzie niemożliwa jest większa ilość pobrań płynów z jednego worka czy butelki.

**Odpowiedź 5**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Beata Kierskowska