



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa 07.04.2017r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę stentgraftów** w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.50.2017

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pkt.2 stentgraft z umiejscowieniem poniżej tętnic nerkowych?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 7 długość dodatkowej odnogi bocznej w zakresie od 60 do 180mm?

Pytanie 3

W celu możliwości zaopatrzenia jak największej liczby przypadków medycznych i posiadaniu przez Państwa ośrodek dostępu do różnorodnych zestawów stentgraftów, w tym również stentgraftów niskoprofilowych do leczenia krętych i wąskich naczyń, a także zgodnie z zasadą konkurencyjności wśród wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaferowania i wydzielenie części zamówienia dla stentgraftów o następującej charakterystyce:

Stentgraft aortalny z mocowaniem nadnerkowym niskoprofilowy :

- 3-modułowy system złożony z body z nogami, oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna;
- system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia;
- nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F dla body i 12F dla nóżki kontralateralnej;
- system posiada zintegrowaną koszulkę hydrofilną, zbrojoną;
- stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo);
- stentgraft posiada pokrycie dacronowe;
- stentgraft posiadający w górnej części body haki (minimum 8 sztuk) do mocowania nad poziomem tętnic nerkowych;
- zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm;
- markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu;
- możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body;
- w zestawie balon do modelowania, 2 sztywne prowadniki oraz koszulka do wprowadzenia nóżki kontralateralnej.

Odpowiedź na pytania: 1,2,3

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska