



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 03.04.2017r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę pomp insulinowych – 2 pakiety** w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.61.2017

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy: Kryterium3: TERMIN GWARANCJI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kryterium SIWZ „TERMIN GWARANCJI” z kryterium punktowanego na niepunktowane i przeniesienie jego wagi na kryterium „OCENA TECHNICZNA”?

**Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na podział oceny ofert wg. kryteriów:
Oferowana cena (brutto)-60%
Ocena techniczna -40%**

**„Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy.”
Bez punktacji dodatkowej za długość udzielonej gwarancji.**

Informujemy, że nasza firma, jako potencjalny oferent, w sytuacji, kiedy pompa insulinowa używana przez pacjenta uznana zostanie za wadliwą, zawsze zostanie wymieniona na pompę sprawną, sprawdzoną, wolną od wad.

Natomiast w sytuacji kiedy pompa ulegnie uszkodzeniu, co zostanie zgłoszone oraz potwierdzone przez wykwalifikowanych pracowników naszej całodobowej infolinii, zostanie wymieniona na pompę pełnowartościową, tego samego modelu.

Pragniemy poinformować, iż zapis procedury NFZ odrębnie kontraktowanej „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych”, w punkcie 2.5 mówi:

„Na koszty świadczenia składają się:

1) zaopatrzenie świadczeniobiorcy w nową pompę insulinową nie częściej niż raz na 4 lata oraz zapewnienie serwisu tej pompy (zaprzestanie leczenia z użyciem pompy nie rodzi obowiązku jej zwrotu świadczeniodawcy)”

Z interpretacji tego zapisu wynika, iż w momencie zakończenia 4 letniej ochrony gwarancyjnej, pacjent, który leczy się przy pomocy pompy insulinowej (starszej niż 4 lata), ma prawo otrzymać nowe urządzenie.

Zapis ten nie tylko wystarczająco zabezpiecza dostęp pacjentów do bezpłatnego serwisu i gwarancji ale również umożliwia pacjentom co 4 lata wymianę pompy na model nowocześniejszy, pozwalający na lepsze wyrównanie. Utrzymanie zapisu SIWZ punkującego dodatkowo wydłużanie gwarancji powyżej 4 lat, może niektórym pacjentom uniemożliwić przez kilka kolejnych lat dostęp do nowszej a co za tym idzie lepszej formy terapii, gdyż w świetle regulacji NFZ po 4 latach nie będą mogli wymienić pompy na nowszy model, gdyż ich stara pompa będzie nadal objęta gwarancją.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet 2 : ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu dodatkowo punktowanego nieograniczającego innych Wykonawców jako punkt 42 w Kryterium Ocena Techniczna o brzmieniu jak poniżej:

Pompa insulinowa z wbudowanym System Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) (parametr dodatkowo punktowany):

TAK – 50 pkt

NIE – 0 pkt

Uzasadnienie:

Na podstawie wyników aktualnych badań naukowych za najbardziej efektywną terapię cukrzycy typu 1 uważa się leczenie z wykorzystaniem pomp insulinowych z wbudowanym systemem CGM. Obecne możliwości pomp insulinowych znacznie zwiększają bezpieczeństwo pacjenta oraz umożliwiają optymalizację leczenia cukrzycy właśnie dzięki współpracy z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM). System CGM, na podstawie dokonywania pomiaru glikemii w sposób ciągły (nie punktowy), który automatycznie jest przesyłany do pompy, umożliwia włączenie opcji alarmów ostrzegających pacjentów przed wystąpieniem groźnych powikłań w postaci hipoglikemii lub hiperglikemii oraz informowanie na bieżąco o szybkości spadku lub wzrostu poziomu glikemii. Dodatkowo wartości pomiaru glikemii wyświetlane są stale w postaci wykresu na ekranie pompy, dzięki czemu pacjenci mogą nauczyć się właściwego reagowania na przyjęty posiłek, wysiłek czy zobaczyć efekty podanych bolusów. Wprowadzenie przez Zamawiającego takiego zapisu umożliwi pacjentom Państwa Kliniki dostęp do urządzeń nowszej generacji w tej samej cenie.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy: Pkt. XII WZÓR UMOWY

Pdp. III WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy w punkcie III WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI Paragraf 8 Punkt 1 dodatkowego zapisu przewidującego możliwość zmiany zawartej umowy o brzmieniu jak poniżej:

1.5. w zakresie zamiany produktu objętego umową na produkt o lepszych parametrach i/lub nowszy technologicznie – przy cenie nie wyższej niż określona w umowie.

Uzasadnienie:

Na podstawie wyników aktualnych badań naukowych za najbardziej efektywną terapię cukrzycy typu 1 uważa się leczenie z wykorzystaniem pomp insulinowych z wbudowanym systemem CGM. Obecne rozwiązania technologiczne zwiększają bezpieczeństwo pacjenta oraz umożliwiają optymalizację leczenia cukrzycy, chronią przed wystąpieniem groźnych powikłań w postaci hipoglikemii lub hiperglikemii. Wprowadzenie przez Zamawiającego takiego zapisu umożliwi pacjentom Państwa Kliniki dostęp do urządzeń nowszej generacji w tej samej cenie.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska