



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa, 26.04.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę stabilizatorów serca, elektrod do zewnętrznej defibrylacji i zestawów do drenażu opłucnej i śródpiersia**

Postępowanie znak DZP.262.59.2017

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 3 – zestaw do aktywnego i pasywnego drenażu opłucnej i śródpiersia

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3 zestawu do aktywnego i pasywnego drenażu opłucnej i śródpiersia, jednorazowy, 3 komorowy, pakowany sterylnie, z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania z zastawką wodną,

- wydzielona komora zbiorcza o pojemności 2300 ml z precyzyjną podziałką co 1 ml. do 100 ml.
- sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętki umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40 cm. H₂O
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami – możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu zestawu
- łącznik typu luer-lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu
- klamra zaciskowa na drenie
- półprzezroczysty, elastyczny, bezlateksowy dren, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności
- drenaż przystosowany do zawieszenia na łóżku za pomocą wieszaków
- stabilna, wysuwana podstawa do postawienia na podłodze
- znacznik w kolorze kontrastowym do identyfikacji poprawnego działania ssania
- port dostępowy do zastawki wodnej z możliwością aseptycznej korekty poziomu płynu
- automatyczne odbarczenie wysokiego, ujemnego ciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną
- automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem dodatniego ciśnienia w opłucnej
- brak elementów metalowych; kompatybilność z rezonansem magnetycznym

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy §10 pkt 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu z 2 na 5 dni roboczych.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 zestawu do aktywnego i pasywnego drenażu opłucnej i śródpiersia, spełniającego poniższe parametry:

- sucha zastawka z funkcją wychyłową,
- wyskalowana (co 5 ml i co 10 ml powyżej 450 ml) komora na wydzielinę o pojemności 2250 ml,
- płynna sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do -45 cm H₂O
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- monitor przecieku powietrza,
- dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami – możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu zestawu
- łącznik pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu
- klamra zaciskowa na drenie
- półprzezroczysty, elastyczny, bezlateksowy dren, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności
- drenaż przystosowany do zawieszenia na łóżku za pomocą wieszaków, stabilna podstawa do postawienia na podłodze,
- znacznik w kolorze kontrastowym do identyfikacji poprawnego działania ssania
- port dostępowy do komory pomiaru przecieku z możliwością aseptycznej korekty poziomu płynu
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- automatyczne odbarczenie wysokiego, ujemnego ciśnienia w opłucnej
- automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem dodatniego ciśnienia w opłucnej
- brak elementów metalowych; kompatybilność z rezonansem magnetycznym
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

W związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

mgr Małgorzata Pajórek