



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

Warszawa, 28.06.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę protez oraz cewników balonowych do kontrapulsacji – 6 pakietów znak DZP.262.92.2017**

W związku z wpływieniem pytania do SIWZ dotyczącego w/w postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Część nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe do kontrapulsacji kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego oraz innymi typami pomp do kontrapulsacji firmy Arrow, Datascope/Maquet. Cewniki dostępne w rozmiarach: 25, 30, 35, 40 cc o profilu 7 Fr dla każdego rozmiaru, co znacząco redukuje ryzyko niedokrwienia kończyn dolnych w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku produktami. Cewniki są niezbrojone, wyposażone w rozrywaną koszulkę naczyniową nadającą im sztywność przy wprowadzaniu. Balon pokryty powłoką hydrofilną. Cewniki posiadają widoczne w promieniach rtg markery na obu końcach balonu. Średnica kanału ciśnienia – 0,028", kanał wykonany z polimeru.

W zestawie z cewnikiem balonowym:

- Igła angiograficzna 18G;
- Rozszerzacz introduktora;
- Kranik trójdrożny, nasadka Luer;
- Przedłużacze cewnika z końcówkami umożliwiającymi współpracę z każdym typem kontrapulsacji systemów Datascope i Arrow;
- Dren ciśnieniowy dł. 94 cm;
- Strzykawka 60 cm³;
- 2 przewodniki: 0,025" dł. 150 cm i 0,035" dł. 50 cm (oba umiejscowione na sterylnej tacy wraz z pozostałymi elementami zestawu wprowadzającego);
- Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną;
- Termin ważności zestawu min. 48 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,