



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa, 31.07.2017r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 7 pakietów** znak DZP.262.99.2017

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pkt. 2 (elektrody stymulujące przedsionkowe) dopuści elektrody stymulujące bipolarne, pasywne/aktywne do wyboru Zamawiającego?

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pkt. 8 dopuści elektrody do stymulacji lewej komory bipolarne / czteropolowe – do wyboru Zamawiającego?

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści elektrody stymulujące bipolarne, pasywne/aktywne do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytania 1,2,3.

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie

W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**UWAGA!!!**

Zamawiający zezwala na modyfikację Załącznika nr 3 do Formularza Oferty „Opis parametrów przedmiotu zamówienia” w zakresie pakietów: nr 1,2,3, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedzią na powyższe pytania.

**Wykonawca zobowiązany jest do podania w w/w Załączniku nr 3 opisu zgodnie z zaoferowanym asortymentem.**

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Beata Kierzkowska*