



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



---

DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
<hr/>	
CENTRALA 599-10-00	599-15-02

---

Warszawa, 04.08.2017r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego  
na dzierżawę respiratorów i koncentratorów tlenowych – 2 pakiety**

Postępowanie znak **DZP.262.130.2017**

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1 – dot. pakietu 1, poz. 18 PEEP regulowany w zakresie od 0 do 25cmH<sub>2</sub>O**

Czy dopuszczają państwo respirator, który posiada PEEP „0” albo od 3 do 20 cmH<sub>2</sub>O

**Odpowiedź 1**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 2 – dot. pakietu 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koncentratora starszego niż rok produkcji 2015, sprawnego technicznie, gotowego do eksploatacji i spełniającego wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza również koncentratory max. 5 letnie (rok produkcji 2012). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
*Beata Kierzkowska*  
mgr Beata Kierzkowska