



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
DZP.262.149.2017	Warszawa, dn. 13.09.2017r.	

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę odczynników laboratoryjnych wraz dzierżawą analizatora

W związku z wpływaniem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Dotyczy Załącznik nr 3 Warunki graniczne punkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator o wydajności do 36 oznaczeń na godzinę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również analizator o wydajności do 36 oznaczeń na godzinę.

Pytanie nr 2: §9 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: §9 ust. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: §9 ust. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku braku możliwości wykonania oznaczeń w terminie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy zleci wykonywanie badań innemu ośrodkowi. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi z przeprowadzeniem badań na zewnątrz a ceną odczynników wynikającą z niniejszej umowy.”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: §14 ust. 1

Czy Zamawiający używając sformułowania „0,2% wartości netto niewykonanej części umowy za każdy dzień zwłoki” ma na myśli wartość niezrealizowanej dostawy czy łączną wartość umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ: „0,2% wartości netto niewykonanej części umowy”.

Pytanie nr 6: §14 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1 % wartości netto niedostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: §14 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10 % wartości netto miesięcznego czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8: §14 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: §14 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10: §14 ust. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11: §13 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w ten sposób, że dla wad ilościowych – termin załatwienia reklamacji wyniesie 4 dni robocze, natomiast dla wad jakościowych – termin załatwienia reklamacji wyniesie 7 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: §15 ust. 1 pkt 1.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13: §15 ust. 1 pkt 1.1

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia umownego w ten sposób, że w przypadku zlecenia badań innemu podmiotowi Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy kosztami związanymi z zakupem odczynników na zewnątrz a ceną odczynników wynikającą z niniejszej umowy ?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o ujednoczenie postanowień umownych w zw. z §15 ust. 1 pkt 2.2., wedle którego Wykonawca pokryje różnicę poniesionych przez Zamawiającego kosztów a nie całą cenę zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytanie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska