



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 16.10.2017r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę i montaż sprzęzarek powietrza medycznego** w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.170.2017

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W załączniku nr 4 do oferty „Zestawienie parametrów wymaganych”, który jest dokumentem służącym do weryfikacji oferty pod względem technicznym nie ma wymaganego „napędu bezpośredniego” w sprzężarkach, natomiast w pkt. 6 Obowiązki Wykonawcy podpunkt 6.1 SIWZ taki zapis istnieje.

Wobec powyższego, jeżeli załącznik nr 4 jest dokumentem weryfikującym ofertę pod względem technicznym to nie ma przeciwwskazań do zaoferowania sprzężarek z napędem pasowym. Proszę o ustosunkowanie się do powyższego stwierdzenia.

Odpowiedź 1

Wszystkie informacje zawarte w specyfikacji są równoważne i precyzyjnie określają, że dopuszczamy tylko sprzężarki z napędem bezpośrednim w pkt. 6 Obowiązki Wykonawcy podpunkt 6.1 SIWZ taki zapis istnieje.

Pytanie 2

Czy jest możliwa „wizja lokalna” w celu określenia zakresu robót montażowych. Jeżeli tak to z kim umówić termin?

Odpowiedź 2

Możliwa jest „wizja lokalna” po uzgodnieniu telefonicznie terminu z osobą wymienioną w specyfikacji do kontaktu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Beata Kierzkowska