



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa, 08.12.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na **dostawę probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań laboratoryjnych i
akcesoriów laboratoryjnych**
Postępowanie znak DZP.262.178.2017

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dot. poz. 2 Zamawiający otrzymał pytanie o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez rozszerzenie wymiarów probówek do OB. Do zakresu 12-13 x 55-75 mm, ale nie rozszerzył tego opisu w załączniku nr 2, ale go zmienił. Prosimy o zapis 12-13 x 55-75 mm w zakresie dopuszczalnych rozmiarów probówek.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na probówki 12-13 x 75 mm i jednocześnie dopuszcza objętość krwi 1-1,6 ml.

Pytanie 2

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający dopuści opakowanie 1000 szt.? Prosimy o zgodę z uwagi na konfekcjonowanie towaru producenta oraz fakt, że nie ma możliwości zafakturowania mniejszej ilości tego produktu w naszym systemie sprzedażowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wpłaty wadium.

Obowiązujące terminy:

1. Termin składania ofert oraz wpłaty wadium: do **18.12.2017 r. do godz. 9:30**
2. Termin otwarcia ofert: **18.12.2017 r. godz. 10:00**

UWAGA!!!

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Załącznika nr 2 do Formularza Oferty, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania. **Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania w Załączniku nr 2 do Formularza Oferty opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowanym asortymentem.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

mgr Małgorzata Pajórek