

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	599-15-02
--------------------	-----------

Warszawa, 28.12.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na **dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów.**
Postępowanie znak **DZP.262.191.2017**

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 - dotyczy pakiet nr 9

Ze względu na zmianę systemu połączeń na bezpieczniejsze i zastosowanie systemu ENFit, który zastąpił system ENLock czy Zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jednorazowego do przeszkrónej endoskopowej gastrostomii z łącznikiem typu ENFit.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2 - dotyczy Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 220 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 - dotyczy Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosa 2,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 - dotyczy Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów jednorazowych do przezskórnej endoskopowej gastrostomii zakładanych techniką pull, z przezroczystym zglębniakiem silikonowym, silikonową płytką wewnętrzną, płytką silikonową zewnętrzną okrągłą, ogranicznikiem silikonowym zewnętrznym w kształcie półwalca, zaciskiem do regulacji przepływu, z łącznikiem typu stożkowego i łącznikiem Luer-Lock, skalpelem jednorazowym, igłą punkcyjną z koszulką, nicią trakcyjną do przeciągania zglębniaka, rozmiary Ch 14/60, Ch 16/60, Ch 18/60 i Ch 20/60.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5 - dotyczy Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wykonanych ze stali niklowo-chromowej, igła z końcówką pokrytą echogenicznym wzorem na długości 15 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 – Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 2 dni od pozytywnego rozpatrzenia pisemnej reklamacji Zamawiającego.”

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7 – Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 2

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego autoryzowanego przez producenta sprzętu podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd.”

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z tym § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego autoryzowanego przez producenta sprzętu podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd”

Pytanie 8 – Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9 – Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10 – Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 3

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1% oraz z 500zł na „nie mniej niż 200zł”.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11 – Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu zgodnie z poniższą propozycją: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w części dotyczącej dostawy (§3 ust.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź 11

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z tym § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w części dotyczącej dostawy (§3 ust.2), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

Pytanie 12 – Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13 – Dotyczy wzoru umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wzoru umowy następującej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznik 2 do Formularza oferty.

Czy Zamawiający w/w pakiecie pozwoli zaoferować sterylną igłą do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igły wykonana ze stali niklowo-chromowej (*obecny wymóg w SIWZ: stal kobaltowo-chromowa*), igły z identyfikacją rozmiaru na opakowaniu; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15 – dotyczy pakietu 12

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12, w miejsce pierwotnych parametrów, igły do biopsji pod kontrolą EUS (FNA):

Igła wykonana ze stali nierdzewnej do wykonywania biopsji podśluzówkowych zmian żołądkowo-jelitowych poprzez kanał dostępowy endoskopu ultrasonograficznego;

Wysoce echogeniczna igła pozwalająca na lepsze upewnienie się, że igła znajduje się w tkance docelowej, co zapewnia pobranie lepszej próbki cytologicznej;

Ostonki igły w różnych średnicach zależnych od średnicy igły (igły 22 i 25 G średnica 5,2 Fr, igła 19 G średnica 5,2-4,2 Fr);

Zakończenie mandrynu zaokrąglone (końcówka kulowa);

Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewniający precyzyjną kontrolę nad igłą oraz stabilność;

Pierścień zabezpieczający łatwo przesuwający się i blokuje przy żądanym przedłużeniu;

Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki;

Dostępne średnice: 25, 22 i 19 G;

Nastawna długość koszulki 0 - 5 cm;

Nastawne przedłużenie igły 0 - 8 cm;

Długość narzędzia ok. 1400 mm (regulowana w zakresie wysunięcia osłonki między 1380mm – 1430mm);

Nie jest konieczne użycie ekranów wysokiej rozdzielczości ani najnowszych procesorów do uzyskania wzmocnionej widoczności EchoTip® Ultra;

Urządzenie dostarczane jest jałowe i przeznaczone do jednokrotnego użycia;

Igła tego rodzaju jest ona 2,5 raza jaśniejsza niż inne igły EUS;

Igły z numeryczną identyfikacją rozmiaru na rękojeści.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16 – dotyczy pakietu nr 5.

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy o cechach:

POMPA INFUZYJNA PROGRAMOWALNA:

- programowalny zakres przepływu: od 0,0 ml do 28,8 ml/dzień.
- precyzja dawki: $\pm 3\%$ niezależnie od temperatury, zmian ciśnienia i stanu baterii.
- objętość zbiornika: 20ml.
- trzon pompy: elastyczne silikonowe ramię (elastyczność 90°).
- odporność na przekłucia memberany 1000 razy
- możliwość wykonania MRI
- żywotność baterii pompy 10 lat, przy przepływie 25 ml/dzień z zachowaniem pełnej programowalności przez cały okres użytkowania?

CEWNIK DOOPONOWY:

- całkowita długość: 110,0 cm.
- nieprzezierna końcówka wolframowa: 3 mm dalszego zakończenia.
- możliwość docięcia cewnika do odpowiedniej długości.

TUNELIZATOR:

- tunelizator do użycia z cewnikiem o długości 110cm.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17 – Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na opakowaniu jednostkowym ma się znajdować piktogram wizualizujący elementy zestawu, co ułatwia identyfikację produktu?

Odpowiedź 17

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wąsy tlenowe mają być zakończone łącznikiem uniwersalnym do podłączenia urządzeń wymagających łączników standardowych i gwintowanych?

Odpowiedź 18

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Pytanie 19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wąsy tlenowe mają być wolne od lateksu i DEHP – informacja potwierdzona na etykiecie produktu?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Beata Kierzkowska