



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00
DZP.262.181.2017

FAX 599-15-02
Warszawa, dn. 08.01.2018r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej do izolacji kwasów nukleinowych oraz amplifikatora PCR z detekcją w czasie rzeczywistym

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 Dotyczy Wymaganych parametrów opisujących przedmiot zamówienia, załącznik nr 3, pkt A, ppkt 8:

Czy Zamawiający może doprecyzować czy zgodnie z zapisem z ppkt. 8, Zamawiający jedynie dopuszcza możliwość zaoferowania testów w wariancie multipleksowym i jednocześnie nie spełnienie powyższego parametru nie ma wpływu na odrzucenie oferty czy też jest to także parametr wymagany, konieczny do spełnienia warunków niniejszej specyfikacji? Tym samym czy w przypadku kiedy Wykonawca nie oferuje testów w wariancie multipleksowym, w polu „Spełnianie warunku TAK/NIE” obok w/w parametru należy podać informacje „nie dotyczy”?

Odpowiedź:

Jest to parametr opcjonalny, nie wymagany. Wykonawca zaznacza „NIE” w przypadku niespełnienia parametru.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 3 do Formularza Oferty.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert.

Obowiązujące terminy:

1. Termin składania ofert oraz wpłaty wadium **do 16.01.2018 r. do godz. 11:00**
2. Termin otwarcia ofert: **16.01.2018 r. godz. 11:30**

Obowiązujący Załącznik nr 3 do Formularza oferty – w załączeniu

Z poważaniem
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
[Podpis]
mgr Beata Kierzkowska