



# SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00 FAX	599-15-02

Warszawa 11.12.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Zakładu Rehabilitacji – 8 pakietów, znak: DZP.262.200.2017

W związku z wpływieniem pytania do SIWZ dotyczącego w/w postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

### Pytanie 1 – dotyczy pakietu 6

Czy dopuszczą Państwo urządzenie do krioterapii miejscowej bez wbudowanej bazy podstawowych zabiegów terapeutycznych ?

Gotowe programy terapeutyczne do wykonania zabiegów krioterapii nie spełniają swojego celu, ponieważ :

- Każdy zabieg jest indywidualny i dostosowany do konkretnego miejsca na powierzchni skóry pacjenta. Stopień wychłodzenia i jego tempo zależą od prędkości przemieszczania strumienia par azotu, od odległości dyszy od miejsca zabiegu, od wilgotności skóry (zmienna w zależności od stanu emocjonalnego pacjenta). Powyższych parametrów nie da się zaprogramować przy obecnym stanie techniki, ponieważ żaden aparat do krioterapii nie posiada czujników ruchu i pomiaru prędkości przemieszczania dyszy.
- Prawidłowe i optymalne wykonanie zabiegu polega na równomiernym wychładzaniu danej powierzchni z zachowaniem odległości od powierzchni skóry i przemieszczaniem dyszy na tyle wolno aby odbiór zimna był jak największy i na tyle szybko aby nie dopuścić do zamrożenia naskórka. Przestrzegając wytyczne producenta wystarczy wykonywać zabiegi na odpowiednich wartościach intensywności nadmuchu dostosowanych do wielkości danej powierzchni

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Beata Kierzkowska