



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 08.12.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę aparatów do dializ – 8 szt.** w trybie przetargu nieograniczonego znak: **DZP.262.199.2017**

W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
oraz PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Dotyczy Lp17

Czy Zamawiający dopuści aparaty z precyzyjnym ciągłym objętościowym pomiarem ultrafiltracji nie wymagającym autokorekcji ?

Odpowiedź 1

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

mgr Małgorzata Pajórek