



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa 12.12.2017r.

**Dotyczy** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę aparatów do dializ – 8 szt.** w trybie przetargu nieograniczonego znak: **DZP.262.199.2017**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający w punkcie 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z regulowanym przepływem płynu dializacyjnego w zakresie min. 300 – 700ml/min?

Odpowiedź 1

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z postępowania aparatu z funkcją HDF, o której mowa w punkcie 27?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowego i nieużywanego aparatu z funkcją HDF wyprodukowanego w roku 2014? Pozostałe 7 aparatów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Czy zamawiający w punkcie 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego aparatu z funkcją HDF, bez możliwości pracy na płynnym koncentracie zasadowym? Pozostałe aparaty zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 4

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy zamawiający w punkcie 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego aparatu z funkcją HDF i z regulacją poziomu krwi w komorze odpowietrzającej przy pomocy strzykawki? Pozostałe aparaty zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert.

**Obowiązujące terminy:**

1. Termin składania ofert oraz wpłaty wadium **do 15.12.2017r. do godz. 09:00.**
2. Termin otwarcia ofert **15.12.2017r. o godz. 09:30.**

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Beata Kierzkowska*