

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

Warszawa, 16.05.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego – 11 pakietów

Postępowanie znak DZP.262.47.2018

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy §10 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie §10 ust. 1 wzoru umowy, w następującym brzmieniu:

W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lat biologicznych w jednym rozmiarze – 10x15 cm, spełniających wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3
Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp: *Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23.*

Pytanie nr 4
Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod warunkiem doposażenia na czas umowy w kompatybilne kanistry i mocowniki), równoważny system do odsysania, firmy Vacsax, (producent brytyjski)?

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się tym, że wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec pacjenta jest gładki, (śr. zew. 8,5 mm i rozszerza się) dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Opcjonalnie, do wyboru Zamawiającego, oferujemy wariant wkładu o poj. 2000 ml do odsysania ortopedycznego (króciec o śr. zew. 12 mm), jak również wariant do łączenia szeregowego wkładów 2000 ml. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania - jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5
Dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w miejsce pierwotnych parametrów łąty uszczelnianej żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, gdzie dodatkowo każde włókno powlekane jest monomerem PTFE.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6
Dotyczy Pakietu nr 4

Czy pod pojęciem łąty cienkościennej Zamawiający rozumie łątę o grubości nie większej niż 0,36 mm, gdyż zgodnie ze standardami produktów medycznych stosowanych w chirurgii naczyniowej grubość powyżej 0,36mm nie spełnia warunków łąty cienkościennej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
Dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy o odstąpienie w pakiecie 5 od srebrzenia i dopuszczenia łąty uszczelnianej żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, z możliwością łączenia jonowego powleczenia łąty z antybiotykiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy punktu XII SIWZ – WZÓR UMOWY §10 ustęp 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad do 5 dni roboczych?

Wykonawca musi mieć czas nie tylko na uzupełnienie lub wymianę towaru, ale także na rozpatrzenie zasadności reklamacji.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, prosimy, aby obecny termin liczony był w dniach roboczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 8


Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na łąty naczyniowe wykorzystywane w trakcie zabiegów rekonstrukcyjnych w okolicy tętnicy szyjnej, biodrowej i udowej, wykonane z poliestru impregnowanego wchłaniającą, modyfikowaną żelatyną w rozmiarze 10 x 70 mm oraz 20 x 90 mm, która jest kolagenem poddanym obróbce fizykochemicznej, spełnia tą samą rolę uszczelniającą łątę i redukuje początkową przepuszczalność protezy do 0 ml/min/cm² w momencie implantacji a przy tym wchłania się łatwiej i jest nietrombogenna.

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Beata Kierzkowska