



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa, dnia 20.06.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń**

Postępowanie znak DZP.262.72.2018

W związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Pozycje 3, 17-22. - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: *Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie 2: Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Pozycja 6. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników o pojemności 800 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: *Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie 3: Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Pozycja 12. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w skład którego wchodzi: podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,

-jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 10cmx7,5-8cm i grubości w zakresie 3-3,3cm

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku -3 sztuki?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza również, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.*

Pytanie 4: Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Pozycja 14. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego w składzie: - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,

- jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 15-16cm x 24-26cm i grubości w zakresie 3-3,3cm

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku -3 sztuki?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza również, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.*

Pytanie 5: Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Pozycja 15. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego o składzie: podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,

- jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 2x 30cm x 30cm i grubości 1,5cm
- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – 6szt.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 6:** Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Pozycja 16. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania zestawu opatrunkowego w składzie: 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku
- 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami.
 - samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm
 - połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
 - 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7: Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Pozycje 12 - 16. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania zestawów pakowanych dodatkowo na tacach.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Beata Kierzkowska
mgr Beata Kierzkowska