



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL
KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00 FAX

599-15-02

Warszawa dnia 26.09.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
protezy ubytku kości czaszki projektowanej na indywidualne zamówienie
znak: DZP.262.126.2018

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza protezę przeznaczoną do wypełnienia ubytku kości czaszki, zaprojektowaną indywidualnie na podstawie tomografii komputerowej pacjenta, w kształcie dopasowanym do danego ubytku kości czaszki i wykonaną z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (Chirulen®1020)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww protezę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

p. o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Piotr Nowicki