

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
--------------------	-----	-----------

Warszawa 16.10.2018r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów** w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.132.2018

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy formularza cenowego – załącznik nr 1 (Pakiet nr 5)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki transportowe o wymiarach zewnętrznych: Wysokość 475mm, Szerokość 370mm Głębokość 95mm?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści pokrywę tacy o wymiarach Wysokość 505mm, Szerokość 400mm Głębokość 35mm?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki transportowe były odporne na temperaturę 93°C, ponieważ część myjni dezynfektorów wciąż jest jeszcze skonfigurowana na taki parametr?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z tworzywa ABS?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu nr 3, Poz. 1

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zamkniętego systemu do odsysania o czasie użycia 24h czy 72h?

Odpowiedź 5

Według zaleceń producenta w stosunku do rozmiaru.

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie systemu, w którym cewnik dla rurek tracheostomijnych ma długość 30,5cm.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7


Prosimy o dopuszczenie systemu o rozmiarach 10, 12, 14, 16 dla rurek intubacyjnych.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Łukasz Radwański