

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, dn. 06.12.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych - 4 pakiety. Znak: DZP.262.138.2018

W związku z wpływaniem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie: 1 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 1 szwu wchłanianego, jałowego, syntetycznego, wykonanego z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, plecionego, powleczonego, bez składnika antybakteryjnego, o czasie podtrzymania tkankowego 28 – 35 dni, zachowujący po 14 dniach ok. 65% zdolności pierwotnej wytrzymałości i ponad 40% podtrzymania po 21 dniach?

Odpowiedź: 1

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 2 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach gdzie oczekuje nici 70 cm, dopuści również nić o długości 75 cm?

Odpowiedź: 2

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 3 dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 nici bezbarwnej oraz igły okrągłej o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 3

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 4 dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 2 igłę okrągłą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 4

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 5 dot. Pakietu nr 1 poz. 3-7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 3 – 7 nić bezbarwną oraz igłę okrągłą pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 5

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 6 dot. Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 igły okrągłej, nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 6

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 7 dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 6 igłę okrągłą 36, mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 8 dot. Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 1 poz. 9 igłę okrągłą bez wzmocnienia, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 9 dot. Pakietu nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 10 igłę okrągłą 18 mm, oraz nić bezbarwną?

Odpowiedź: 9

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 10 dot. Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 11 igłę okrągłą 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 10

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 11 dot. Pakietu nr 1 poz. 12, 13, 14, 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 1 poz. 12,13,14,17 igłę okrągłą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 11

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 12 dot. Pakietu nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 15 igły tnącej 18mm, oraz nici 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 12

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 13 dot. Pakietu nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 18 dopuści igłę 13 mm, nić niebarwioną o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 13

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 14 dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 w poz. 1 szew wchłaniający, jałowy, syntetyczny, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony, powleczony, bez składnika antybakteryjnego, o czasie podtrzymania tkankowego 28 – 35 dni, zachowujący po 14

dniach ok. 65% zdolności pierwotnej wytrzymałości i ponad 40% podtrzymania po 21 dniach, igła okrągła 13 mm, nić niebarwiona o długości 75 cm?

Odpowiedź: 14

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 15 dot. Pakietu nr 3

Prosimy o wyrażenie zgody i dopuszczenie w pakiecie nr 3 monofilamentu syntetycznego polydioxanonu, szew jałowy, wchłaniany, bez składnika antybakteryjnego w powleczeniu, szew o przedłużonym czasie podtrzymywania tkankowego i wchłaniania. Czas wchłaniania 180 – 210 dni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 15

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 16 dot. Pakietu nr 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 nici o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 2 igły o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: 16

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 17 dot. Pakietu nr 3 poz. 3, 4, 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 3,4,7 igły okrągłej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 17

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 18 dot. Pakietu nr 3 poz. 8, 9, 11

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści do zaoferowania z poz. 8, 9 i 11 w pakiecie nr 3 igły okrągłej bez wzmocnienia, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 18

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 19 dot. Pakietu nr 3 poz. 10

Prosimy o wyrażenie zgody i dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 10 nici o długości 70 cm.

Odpowiedź: 19

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 20 dot. Pakietu nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści w pakiecie nr 3 poz. 12 igłę 13mm, okrągłą 3/8 koła oraz nić o długości 70 cm?

Odpowiedź: 20

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 21 dot. Pakietu nr 3 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 13 podwójną igłę o długości 18 mm oraz nić o długości 70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: 21

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 22 dot. Pakietu nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 14 igły o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 22

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 23 dot. Pakietu nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 15 podwójną igłę o długości 18 mm oraz nić o długości 70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: 23

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

UWAGA!!!

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Formularza Cenowego, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowanym asortymentem.


W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w zakresie.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wpłaty wadium.

Obowiązujące terminy:

1. Termin składania ofert oraz wpłaty wadium: do **13.12.2018r. do godz. 09:00**
2. Termin otwarcia ofert: **13.12.2018r. godz. 10:00**

Z poważaniem


P. O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Centralnego
Szpitala Klinicznego w Warszawie
Maciej Zabalski