

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, dn. 29.10.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych - 4 pakiety. Znak: DZP.262.138.2018

W związku z wpływieniem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie: 1 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści do zaoferowania szwy o czasie podtrzymywania tkankowego do **35 dni** spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: 1

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 2 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz.16 dopuści do zaoferowania igłę odwrrotnie tnącą spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: 2

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 3 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści do zaoferowania szwy o czasie podtrzymywania tkankowego do **35 dni** spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: 3

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 4 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 11 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: 4

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 5 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści do zaoferowania szwy o czasie wchłaniania **182 – 238 dni** spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: 5

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 6 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści do zaferowania igłę o **dł. 10 mm** z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: 6

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 7 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź: 7

*Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie: 8 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymagana jest długość nici 70 cm, również długość 75 cm?

Odpowiedź: 8

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 9 dot. Pakietu nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: 9

*Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie: 10 dot. Pakietu nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: 10

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 11 dot. Pakietu nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: 11

*Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie: 12 dot. Pakietu nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: 12

*Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie: 13 dot. Pakietu nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 22 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: 13

*Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie: 14 dot. Pakietu nr 1 poz. 10, 12, 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia rozwarstwiająca?

Odpowiedź: 14

*Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Pytanie: 15 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia rozwarstwiająca?

Odpowiedź: 15

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 16 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź: 16

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie: 17 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymagana jest długość nici 70 cm, również długość 75 cm?

Odpowiedź: 17

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 18 dot. Pakietu nr 3 poz. 3, 4, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia rozwarstwiająca?

Odpowiedź: 18

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie: 19 dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź: 19

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w zakresie.

### **UWAGA!!!**

**Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Formularza Cenowego, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowanym asortymentem.**

Z poważaniem  
KIEROWNIK  
Biuro Zamówień Publicznych  
  
mgr Beata Kierzkowska