

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 11.10.2018r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych – 15 pakietów** w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.148.2018

W związku z wpływaniem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy formularza cenowego- załącznik nr 2

Pytanie 1

(Pakiet nr 3) Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2 (włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2), o chłonności 350%, odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 2

(Pakiet nr 8) Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, niezwiązanej, nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty).Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem?

Odpowiedź 2

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

(Pakiet nr 8) Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 4

(Pakiet nr 3) Czy Zamawiający dopuści serwetę zgodną z normą EN 13795 1-3 potwierdzone kartą techniczną?

Odpowiedź 4

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5 – dotyczące SIWZ rozdz. I pkt. 3.1

W tym punkcie SIWZ zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa w składanej ofercie. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie odpisu pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, jako spełniającego wymagania Zamawiającego. Pełnomocnictwo, które posiadamy jest pełnomocnictwem ogólnym, uprawniającym do wielu innych czynności, niż tylko reprezentacja w postępowaniach publicznych, a zostało wystawione w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy [...] (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. § 14 ust. 2) dopuszcza składanie „dokumentów w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę, a w pkt. 3 Ustawodawca zapisał, iż „zamawiający może żądać przedstawienia oryginału (...), gdy załączona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości”. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie odpisu z pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza (na bazie przedłożonego oryginału pełnomocnictwa).

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 6 – dotyczące Umowa §11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 11 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 7- dotyczące SIWZ rozdz. IV pkt.5.1.a

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość podania ceny jednostkowej brutto do trzech lub czterech miejsc po przecinku, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu 7 w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku. Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06. Dodatkowo, pozwoli to uniknąć błędnych wyliczeń i niezgodności przy wystawianiu faktur, gdyż wszystkie systemy (programy) wystawiające faktury obliczają wartość brutto jako iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości plus podatek VAT. Przy próbie wyliczenia ceny jednostkowej netto z ceny jednostkowej brutto, zawsze dochodzi do wielu cyfr po przecinku i niedokładnych zaokrągleń, które nie są zgodne z pierwotną ceną jednostkową netto. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o umożliwienie dołączenia do oferty szczegółowego wyliczenia ceny oferowanego produktu z wykazaniem ceny jednostkowej netto, która będzie podstawą do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą i będzie zgodna z wystawianą na fakturach.

Odpowiedź 7

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy formularza cenowego- załącznik nr 2

Pytanie 8

(Pakiet nr 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 75 x90cm z otworem 6x8cm.

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 9

(Pakiet nr 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z normą EN 13795 1-3, a na potwierdzenie spełnienia tego wymogu zostanie przedstawiona karta danych technicznych na wezwanie Zamawiającego w miejsce Certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź 9

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10

(Pakiet nr 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m²?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie 11

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „*poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zamówienia podpisanego przez osobę o której mowa w § 3 ust. 3 oraz dokumentu potwierdzającego dostawę zgodną z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym*”?

Odpowiedź 12

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 10 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „*wraz z załączoną poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zamówienia podpisanego przez osobę o której mowa w § 3 ust. 3 oraz dokumentu potwierdzającego dostawę zgodną z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym*”?

Odpowiedź 13

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 11 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „*wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zamówienia podpisanego przez osobę o której mowa w § 3 ust. 3 oraz dokumentu potwierdzającego dostawę zgodną z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym (zgodnie z ust. 2) i umieszczenie danych na fakturze, o których mowa w ust. 8*”?

Wymóg każdorazowego składania kopii zamówienia oraz dokumentu potwierdzającego dostawę niepotrzebnie skomplikuje rozliczenia. Procedura każdorazowego dostarczania kopii zamówienia oraz dokumentu potwierdzającego dostawę będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, co niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynie na wysokość ceny oferowanej w przetargu. Poza tym, Zamawiający będzie w posiadaniu zarówno zamówienia, jak i dokumentu potwierdzającego dostawę, dlatego wymóg aby kopie tych dokumentów były dodatkowo składane Zamawiającemu przez wykonawcę jest nieuzasadniony.

Odpowiedź 14

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 8 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „*oraz zawierającą informację o numerze niniejszej umowy oraz numerze zamówienia, na podstawie którego faktura została wystawiona, jak też dacie dostawy zamówienia i o numerze serii*”?

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, numer umowy, numer zamówienia i numer serii dostarczonego przedmiotu umowy nie muszą być zamieszczane na fakturze. W praktyce zamieszczanie takich informacji na fakturze jest bardzo rzadko spotykane. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie ww. informacji na fakturze może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, co niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynie na wysokość ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź 15

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 16

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień zwłoki”?

Ustalenie wysokiej minimalnej kwoty kary niezależnej od wartości opóźnionej dostawy spowoduje, że w przypadku opóźnienia obejmującego niewielką ilość towaru o niewielkiej wartości, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości opóźnionej części dostawy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź 16

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 17

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 17 ust. 2 i 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź 17

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 18

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 18 ust. 1 wzoru umowy zdanie „Warunkiem skutecznego skierowania przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego jest uprzednie wyczerpanie toku postępowania ugodowego, o którym mowa w ust. 2 - 5.” otrzymało następującą treść: „Warunkiem skutecznego skierowania przez którąkolwiek ze stron sprawy na drogę postępowania sądowego jest uprzednie wyczerpanie toku postępowania ugodowego, o którym mowa w ust. 2 - 5.”?

Uzasadnione jest aby zasada obowiązkowego postępowania ugodowego dotyczyła zarówno spraw wnoszonych przez wykonawcę, jak i spraw wnoszonych przez Zamawiającego. Uprzywilejowanie Zamawiającego w tym zakresie nie ma żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź 18

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 19

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 18 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „w terminie 60 dni roboczych” zostało zastąpione wyrażeniem „terminie 10 dni roboczych”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 18 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „30 dni robocze” zostało zastąpione wyrażeniem „10 dni roboczych”?

Termin 60-dniowy, z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni robocze, jest rażąco długi. Tak długie terminy posiedzenia ugodowego nie mają żadnego uzasadnienia i utrudnią rozstrzygnięcie sporów.

Odpowiedź 19

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Dotyczy formularza cenowego- załącznik nr2

Pytanie 20

(Pakiet nr 8)Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania myjek w formie rękawicy o kształcie „ryby” do mycia ciała pacjenta jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowej do użycia po aktywacji wodą, hipoalergicznnej o wymiarach: długość min.22cm front z mydłem,, min.23cm tył, szerokość min. 14cm w najwęższym miejscu, min.17cm w najszerszym miejscu, waga poszczególnej rękawicy min.5,8g sztuka, pakowany a 20szt.

Odpowiedź 20

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 21

(Pakiet nr 8) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókny podfoliowanej wewnątrz. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równoległe ułożonych pasków umożliwi równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm, pakowana po 20 szt.

Odpowiedź 21

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 22

(Pakiet nr 11) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obok witaminy E, w składzie żelu ma również znajdować się olejek kokosowy, o dodatkowych właściwościach odżywczych i nawilżających?

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 23

(Pakiet nr 11) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli pojemności 3 lub 14 g?

Odpowiedź 23

Minimalna pojemność żelu to 3g, maksymalna 14g w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 24

(Pakiet nr 12) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym ma być potwierdzenie, że gąbka jest impregnowana dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź 24

Tak, zamawiający oczekuje potwierdzenia o impregnowaniu dwuwęglanem sodu na opakowaniu jednostkowym.

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujący Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do Formularza Oferty w zakresie pakietu nr 12.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie 25

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź 25

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 26

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 7, 9:

7. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w ust. 3 – 6 upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości **0,5%** wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym z wiarygodności wynikających z bieżących faktur – według uznania Zamawiającego. Potrącenia dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy.
9. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań określonych z ust. 8

upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

§ 11 ust. 1, 3:

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy określone w części dotyczącej warunków dostawy (§3 ust.2) i reklamacji (§10 ust.1), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części dostawy.**
3. W przypadku uchybień obowiązkowi wynikającemu z §3 ust. 6-8, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto **niezrealizowanej części umowy**, nie mniej niż 500 zł za każde zdarzenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto uchybionego obowiązku**

Odpowiedź 26

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Dotyczy formularza cenowego- załącznik nr 2

Pytanie 27

(Pakiet nr 11) Czy zamawiający dopuści żel nawilżający do jamy ustnej dla pacjentów z aloesem w zamian za witaminę E, spełniając pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź 27

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 28

(Pakiet nr 13) Czy zamawiający odstąpi od parametru szczoteczka do zębów j.u. „impregnowana pastą do zębów” spełniając pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź 28

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 29

(Pakiet nr 3) Prosimy o dopuszczenie Zamawiającego serwety z grubością folii o gramaturze 27g/m² oraz o przepuszczalności 185 cm H²O.

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 30

(Pakiet nr 8) Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a`20szt. z przeliczeniem ilości na 1875 opakowań.

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 31- dotyczące SIWZ pkt. IV podpunkt nr 3 – Wymagane terminy realizacji i termin płatności

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli dni robocze od poniedziałku od piątku, jeśli chodzi o realizowanie dostaw? Jeśli nie to prosimy o zmianę zapisów w SIWZ.

Odpowiedź 31

TAK, dni robocze. Dotyczy podpunktu 3.2.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie 32

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodę na zmianę zapisu umowy w 11 pkt. 1 w sposób następujący: Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną; za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź 32
Brak zgody

Pytanie 33

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 33
dz@spsk.pl

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujący Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do Formularza Oferty w zakresie pakietu nr 12.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert.


Obowiązujące terminy:

1. Termin składania ofert oraz wpłaty wadium upływa w dniu 18.10.2018r. do godz. 10:00,
2. Termin otwarcia ofert: 18.10.2018r. godz. 10:30.

UWAGA!!!

Zamawiający zezwala na modyfikację Załącznika nr 2 do Formularza Oferty - Formularza Cenowego, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu i numeru katalogowego zgodnie z zaoferowanym asortymentem.

Z poważaniem,


p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Piotr Nowicki