



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
CENTRALA 599-10-00	FAX 599-15-02

Warszawa 28.12.2018r

Dotyczy: przetarg nieograniczony na **dostawę drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów**
znak: DZP.262.174.2018

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

PAKIET NR 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. FEP i PTFE to teflon. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 2

PAKIET NR 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 0,32 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 3

PAKIET NR 8

Czy Zamawiający wymaga karnika z możliwością podawania lipidów.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga kranika do podawania lipidów ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
B. Kierzkowska
mgr Beata Kierzkowska