

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość wymagana
<p>Dzierżawa aparatu do badań urodynamicznych - specyfikację zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ i model oferowanego aparatu, rok produkcji oraz wartość aparatu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić interfejsy do oprogramowania InfoMedica/Simple. Opis aparatu:</p> <p>Wielofunkcyjny aparat do badań urodynamicznych. Stacjonarne urządzenie do oceny fizjologiczno-neurologicznej dolnego układu moczowego</p> <p>Aparat nie starszy niż 2008 r.</p> <p>Aparat pozwalający na wykonanie następujących badań:</p> <p>*Uroflowmetria</p> <p> pomiar przepływu maksymalnego</p> <p> pomiar przepływu średniego</p> <p> pomiar czasu mikcji</p> <p> pomiar czasu przepływu</p> <p> pomiar czasu do maksymalnego przepływu</p> <p> pomiar objętości</p> <p> pomiar przyspieszenia</p> <p> obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora</p> <p> zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s] 0-50 ml/s</p> <p> zakres pomiaru objętości przepływu [ml] 0-1200ml</p> <p> maksymalny czas przepływu [s] 7200</p> <p> nomogram pediatryczny do badań uroflowmetrycznych</p> <p>*cystometria wodna</p> <p>*cystometria mikcyjna</p> <p>*profilometria wraz z nomogramami ICS oraz Shaefera i krzywą Eberharda</p> <p>*ciśnienie - przepływ - EMG</p> <p>*korelacja ciśnienie-przepływ</p> <p>*ciśnienie punktu nietrzymania moczu w próbie Valsalvy i próbie pęcherzowej</p>	miesiąc	12

<p>*program VBN do analizy fizjologicznej dolnego układu moczowego: podstawowy - nałożenie na wykres przepływ - czas modelowej krzywej zależnej od płci i objętości mikcji</p> <p>*animacja - graficzne przedstawienie detrusora, cewki i zwieraczy podczas mikcji</p> <p>*korelacja dwóch dowolnych parametrów XY</p> <p>*biofeedback</p>		
<p>Sprzęt medyczny niezbędny do wykonania badań urodynamicznych kompatybilny z proponowanym aparatem. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania ilości sprzętu medycznego zabezpieczającej podaną ilość badań oraz jego ceny jednostkowej</p>	<p>badanie</p>	<p>480</p>