

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
Centralny Szpital Kliniczny

WARSZAWA, 30.05.2019 R.

Znak pisma: **DZP.262.35.2019**

**STRONA INTERNETOWA  
ZAMAWIAJĄCEGO  
[WWW.DZP.SPCSK.PL](http://WWW.DZP.SPCSK.PL)  
WYKONAWCY**

***dot. postępowania na dostawę drukarek do pracowni histopatologicznej (nr sprawy: DZP.262.35.2019)***

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1** – dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zapisów w załączniku nr 2b do SIWZ – formularz wymaganych warunków technicznych

Zgodnie z zapisem określonym pod tabelą wymaganych warunków technicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty katalogowe foldery lub inne dokumenty potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym. Wykonawca prosi o wyjaśnienie w którym momencie Wykonawca składa ww. dokumenty: z ofertą czy na tzw. wezwanie. Zgodnie z art. 26 ust 2 PZP Zamawiający MOŻE wezwać do uzupełnienia tych dokumentów. W SIWZ Zamawiający nie doprecyzował jednak czy wymaga ich dołączenia do oferty czy będzie żądał od wykonawcy którego oferta została najwyższej oceniona.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiający zmienia SIWZ:

- Rozdział XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO poprzez:
  - dodanie po pkt 2 pkt 3.
    - 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy karty katalogowe foldery lub inne dokumenty potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym
- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia poprzez:
  - usunięcie pod tabelką zakończoną pkt 64 następującego tekstu:  
„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, Zamawiający żąda: *próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych*

podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, że oferowane urządzenia, produkty objęte przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych*, należy złożyć karty katalogowe foldery lub inne dokumenty potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym, dla których Zamawiający w tym załączniku określił warunek wskazania producenta i modelu/wersji. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.”

- Załącznik nr 2b Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez usunięcie pod tabelką zakończoną pkt 64 następującego tekstu:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, Zamawiający żąda: *próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego*; Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, że oferowane urządzenia, produkty objęte przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 2b do SIWZ *Formularz wymaganych warunków technicznych*, należy złożyć karty katalogowe foldery lub inne dokumenty potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym, dla których Zamawiający w tym załączniku określił warunek wskazania producenta i modelu/wersji. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.”

**Pytanie 2** – dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zapisów w załączniku nr 2b do SIWZ – formularz wymaganych warunków technicznych

punkt 20 – Czy Zamawiający dopuści drukarkę posiadającą podajnik na kasetki wyposażony w 6 statywów każdy po 45 kasetek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym zmienia treść SIWZ:

- Załącznik 1 pkt 20:

Załącznik 1 pkt 20 przed zmianą było:

|    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 20 | Podajnik na kasetki | wyposażony w min. 4 statywy/czopery podające każdy po min. 50 szt. kasetek |
|----|---------------------|--|

Załącznik 1 pkt 20 po zmianie jest:

|    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 20 | Podajnik na kasetki | wyposażony w min. 4 statywy/czopery podające każdy po min. 45 szt. kasetek |
|----|---------------------|--|

- Załącznik 2b pkt 20:

Załącznik 2b pkt 20 przed zmianą było:

|    |                     |  |              |
|----|---------------------|--|--------------|
| 20 | Podajnik na kasetki | wyposażony w min. 4 statywy/czopery podające każdy po min. 50 szt. kasetek | Należy podać |
|----|---------------------|--|--------------|

Załącznik 2b pkt 20 po zmianie jest:

|    |                     |  |              |
|----|---------------------|--|--------------|
| 20 | Podajnik na kasetki | wyposażony w min. 4 statywy/czopery podające każdy po min. 45 szt. kasetek | Należy podać |
|----|---------------------|--|--------------|

**Pytanie 3** – dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zapisów w załączniku nr 2b do SIWZ – formularz wymaganych warunków technicznych

punkt 55 – Czy Zamawiający dopuści ekran 13,3'' o rozdzielczości 1366 x 768 (HD)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym zmienia treść SIWZ:

- Załącznik 1 pkt 55:

Załącznik 1 pkt 55 przed zmianą było:

|    |                      |             |
|----|----------------------|-------------|
| 55 | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
|----|----------------------|-------------|

Załącznik 1 pkt 55 po zmianie jest:

|    |                      |                            |
|----|----------------------|----------------------------|
| 55 | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 lub 1366 x 768 |
|----|----------------------|----------------------------|

- Załącznik 2b pkt 55:

Załącznik 2b pkt 55 przed zmianą było:

|    |                      |             |           |
|----|----------------------|-------------|-----------|
| 55 | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 | Tak / Nie |
|----|----------------------|-------------|-----------|

Załącznik 2b pkt 55 po zmianie jest:

|    |                      |                            |           |
|----|----------------------|----------------------------|-----------|
| 55 | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 lub 1366 x 768 | Tak / Nie |
|----|----------------------|----------------------------|-----------|

**Pytanie 4** – dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zapisów w załączniku nr 2b do SIWZ – formularz wymaganych warunków technicznych

punkt 23 – Czy Zamawiający dopuści drukarkę o wysokości 62 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym zmienia treść SIWZ:

- Załącznik 1 pkt 23:

Załącznik 1 pkt 23 przed zmianą było:

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 23 | Wymiary: | max.55x60x55 cm (wysokość x szerokość x głębokość) |
|----|----------|--|

Załącznik 1 pkt 23 po zmianie jest:

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 23 | Wymiary: | max.65x60x55 cm (wysokość x szerokość x głębokość) |
|----|----------|--|

- Załącznik 2b pkt 23:

Załącznik 2b pkt 23 przed zmianą było:

|    |          |  |              |
|----|----------|--|--------------|
| 23 | Wymiary: | max.55x60x55 cm (wysokość x szerokość x głębokość) | Należy podać |
|----|----------|--|--------------|

Załącznik 2b pkt 23 po zmianie jest:

|    |          |  |              |
|----|----------|--|--------------|
| 23 | Wymiary: | max.65x60x55 cm (wysokość x szerokość x głębokość) | Należy podać |
|----|----------|--|--------------|

**Pytanie 5** – dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zapisów w załączniku nr 2b do SIWZ – formularz wymaganych warunków technicznych

punkt 47 – Czy Zamawiający dopuści drukarkę o szerokości 29 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym ulega zmianie treść SIWZ:

- Załącznik 1 pkt 47:

Załącznik 1 pkt 47 przed zmianą było:

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 47 | Wymiary: | max. 42x22x25 cm (wysokość x szerokość x głębokość) |
|----|----------|---|

Załącznik 1 pkt 47 po zmianie jest:

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 47 | Wymiary: | max. 42x30x25 cm (wysokość x szerokość x głębokość) |
|----|----------|---|

- Załącznik 2b pkt 47:

Załącznik 2b pkt 47 przed zmianą było:

|    |          |   |           |
|----|----------|---|-----------|
| 47 | Wymiary: | max. 42x22x25 cm (wysokość x szerokość x głębokość) | Tak / Nie |
|----|----------|---|-----------|

Załącznik 2b pkt 47 po zmianie jest:

|    |          |   |           |
|----|----------|---|-----------|
| 47 | Wymiary: | max. 42x30x25 cm (wysokość x szerokość x głębokość) | Tak / Nie |
|----|----------|---|-----------|

**Pytanie 6** – dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zapisów w załączniku nr 2b do SIWZ – formularz wymaganych warunków technicznych

punkt 28 – Czy ze względu na dwie drukarki manualne do pojedynczego zadruku Zamawiający dopuści kasetki pakowane w kartony po 500 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym zmienia treść SIWZ :

- Załącznik 1 pkt 28:

Załącznik 1 pkt 28 przed zmianą było:

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 28 | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 05mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w</p> | <p>Ilość</p> <p>1)25.000,00 sztuk,<br/>2)25.000,00 sztuk,<br/>3)12.000,00 sztuk</p> |
|----|--|---|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym |  |
|--|--|--|--|

Załącznik 1 pkt 28 po zmianie jest:

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 28 | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 05mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym</p> | <p>Ilość</p> <p>1)25.000,00 sztuk,<br/>2) 25.000,00 sztuk,<br/>3)12.000,00 sztuk</p> |
|----|--|--|--|

- Załącznik 2a poz. II.1 1), 2) i 3):

Załącznik 2a poz. II.1. 1), 2) i 3) przed zmianą było:

|       |  |        |      |   |   |   |   |
|-------|--|--------|------|---|---|---|---|
| II.1. | Materiały zużywalne do drukarki (według rodzaju ilości poniżej) poz. 28 Formularza wymaganych warunków technicznych stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ:   | -      | -    | - | - | - | - |
| 1)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt.<br>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 0,5mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym. | 25 000 | szt. |   |   |   |   |
| 2)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt.<br>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym                          | 25 000 | szt. |   |   |   |   |
| 3)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt.<br>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym               | 12 000 | szt. |   |   |   |   |

Załącznik 2a poz. II.1. 1), 2) i 3) po zmianie jest:

|       |   |        |      |   |   |   |   |
|-------|---|--------|------|---|---|---|---|
| II.1. | Materiały zużywalne do drukarki (według rodzaju ilości poniżej) poz. 28 Formularza wymaganych warunków technicznych stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ:  | -      | -    | - | - | - | - |
| 1)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk. 1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 05mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym. | 25 000 | szt. |   |   |   |   |
| 2)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk. 2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym                         | 25 000 | szt. |   |   |   |   |
| 3)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk. 3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym              | 12 000 | szt. |   |   |   |   |



- Załącznik 2b pkt 28:

Załącznik 2b pkt 28 przed zmianą było:

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 28 | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 0,5mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym</p> | <p>Tak / Nie</p> <p>Ilość</p> <p>1) 25.000,00 sztuk,<br/>2) 25.000,00 sztuk,<br/>3) 12.000,00 sztuk</p> |
|----|--|---|---|

Załącznik 2b pkt 28 po zmianie jest:

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 28 | <p>Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. Lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk</p> | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 0,5mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym</p> | <p>Tak / Nie</p> <p>Ilość</p> <p>1) 25.000,00 sztuk,<br/>2) 25.000,00 sztuk,<br/>3) 12.000,00 sztuk</p> |
|----|---|---|---|

**Pytanie 7** – dotyczy zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zapisów w załączniku nr 2b do SIWZ – formularz wymaganych warunków technicznych

punkt 28.3) – Czy Zamawiający dopuści kasetki z wieczkiem łamanym? Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym zmienia treść SIWZ :

- Załącznik 1 pkt 28 ppkt 3):

Załącznik 1 pkt 28 ppkt 3) przed zmianą było:

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 28 | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 0,5mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym</p> | <p>Ilość</p> <p>1) 25.000,00 sztuk,<br/>2) 25.000,00 sztuk,<br/>3) 12.000,00 sztuk</p> |
|----|--|---|--|

Załącznik 1 pkt 28 ppkt 3) po zmianie jest:

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 28 | <p>Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk</p> | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 0,5mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias lub łamanym. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym</p> | <p>Ilość</p> <p>1) 25.000,00 sztuk,<br/>2) 25.000,00 sztuk,<br/>3) 12.000,00 sztuk</p> |
|----|---|---|--|

- Załącznik 2a poz. II.1 ppkt 3):

Załącznik 2a poz. II.1. ppkt 3) przed zmianą było:

|       |  |        |      |   |   |   |   |
|-------|--|--------|------|---|---|---|---|
| II.1. | Materiały zużywalne do drukarki (według rodzaju ilości poniżej) poz. 28 Formularza wymaganych warunków technicznych stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ:   | -      | -    | - | - | - | - |
| 3)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk. 3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym | 12 000 | szt. |   |   |   |   |

Załącznik 2a poz. II.1 ppkt 3) po zmianie jest:

|       |  |        |      |   |   |   |   |
|-------|--|--------|------|---|---|---|---|
| II.1. | Materiały zużywalne do drukarki (według rodzaju ilości poniżej) poz. 28 Formularza wymaganych warunków technicznych stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ:   | -      | -    | - | - | - | - |
| 3)    | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk. 3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias lub łamanym. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym | 12 000 | szt. |   |   |   |   |

- Załącznik 2b pkt 28 ppkt 3):

Załącznik 2b pkt 28 ppkt 3) przed zmianą było:

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 28 | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 0,5mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym</p> | <p>Tak / Nie</p> <p>Ilość</p> <p>1) 25.000,00 sztuk,<br/>2) 25.000,00 sztuk,<br/>3) 12.000,00 sztuk</p> |
|----|--|---|---|

Załącznik 2b pkt 28. ppkt 3) po zmianie jest:

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 28 | Kasetki kompatybilne z drukarką pakowane w stosach po 40 lub 50 szt. Lub luzem pakowane w kartony po 500 sztuk | <p>rodzaje</p> <p>1) histopatologiczne przeznaczone do przeprowadzania standardowych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory prostokątne 1mmx5mm (+/- 0,5mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym.</p> <p>2) biopsyjne przeznaczona do drobnych materiałów z zamontowanym, łamanym wieczkiem. Otwory małe, kwadratowe 1mmx1mm (+/- 0,1mm). Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorach białym, zielonym, żółtym</p> <p>3) biopsyjne przeznaczone do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów z wieczkiem zamykanym na zawias lub łamanym. Jedna lub dwie komory wewnętrzne. Otwory max. 0,35mm. Przednia część skośna, pozwalająca na naniesienie numeru w technologii igłowej lub laserowej. Odporne na odczynniki chemiczne: alkohol, ksylen, aceton. Dostępne w kolorze białym</p> | <p>Tak / Nie</p> <p>Ilość</p> <p>1) 25.000,00 sztuk,<br/>2) 25.000,00 sztuk,<br/>3) 12.000,00 sztuk</p> |
|----|--|---|---|

**Pytanie 8** – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy

Ze względu na fakt, iż kwota podana w § 2 ust. 1 umowy odnosi się do całości zamówienia tj. siedmiu urządzeń oraz materiałów zużywalnych Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 pkt 1) umowy w sposób następujący:

§ 6.

*Kary umowne*

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe dostarczenie wraz z instalacją i instruktażem przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto **części dostawy, której opóźnienie dotyczy**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 3 ust. 1;

Wykonawca zwraca uwagę, że obecny zapis uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych od wartości całości przedmiotu zamówienia podczas gdy opóźnieniu może ulec jedynie niewielka część dostawy. Kara umowna jest w takim przypadku niewspółmierna do jednak wykonanego lecz nie w pełni zamówienia. Prosimy zatem o powyższą modyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację i zmienia treść SWIZ poprzez zmianę w tym zakresie załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy:

- Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 1):

Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 1) było:

§ 6.

*Kary umowne*

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe dostarczenie wraz z instalacją i instruktażem przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 3 ust. 1;

Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 1) jest:

§ 6.

*Kary umowne*

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe dostarczenie wraz z instalacją i instruktażem przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto **części dostawy, której opóźnienie dotyczy**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 3 ust. 1;

**Pytanie 9** – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy



Ze względu na fakt, iż kwota podana w § 2 ust. 1 umowy odnosi się do całości zamówienia tj. siedmiu urządzeń oraz materiałów zużywalnych Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 pkt 2) umowy w sposób następujący:

§ 6.

Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na nowe w wysokości 0,5% wartości brutto **urządzenia, które uległo awarii** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ;

Wykonawca zwraca uwagę, że obecny zapis uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych od wartości całości przedmiotu zamówienia podczas gdy awarii i jej nieterminowej naprawie może ulec jedynie niewielka część zamówienia tj. np. jednej drukarki. Kara umowna jest w takim przypadku niewspółmierna do jednak wykonanego w dużej części zamówienia. Prosimy zatem o powyższą modyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację i zmienia treść SWIZ poprzez zmianę w tym zakresie załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy:

- Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 2):

Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 2) było:

§ 6.

Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na nowe w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ;

Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 2) jest:

§ 6.

Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na nowe w wysokości 0,5% wartości brutto **urządzenia, które uległo awarii** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ;

**Pytanie 10** – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy

Ze względu na fakt, iż kwota podana w § 2 ust. 1 umowy odnosi się do całości zamówienia tj. siedmiu urządzeń oraz materiałów zużywalnych Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 pkt 3) umowy w sposób następujący:

§ 6.

*Kary umowne*

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

3) za niewykonanie przeglądu technicznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5, zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta w wysokości 0,5% wartości brutto **urządzenia, którego przegląd dotyczy** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego

Wykonawca zwraca uwagę, że obecny zapis uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych od wartości całości przedmiotu zamówienia podczas gdy opóźnienie w przeglądzie może dotyczyć jedynie niewielkiej części zamówienia tj. np. przeglądu jednej drukarki. Kara umowna jest w takim przypadku niewspółmierna do jednak wykonanego w dużej części zamówienia. Prosimy zatem o powyższą modyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację i zmienia treść SWIZ poprzez zmianę w tym zakresie załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy:

- Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 3):

Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 3) było:

§ 6.

**Kary umowne**

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

3) za niewykonanie przeglądu technicznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5, zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego

Załącznik nr 5 § 6 ust. 1 ppkt 3) jest:

§ 6.

*Kary umowne*

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

3) za niewykonanie przeglądu technicznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5, zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta w wysokości 0,5% wartości brutto **urządzenia, którego przegląd dotyczy** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego

**Pytanie 11** – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy

Wykonawca, zamierzając wziąć udział w niniejszym postępowaniu przetargowym wnosi do Zamawiającego o potwierdzenie lub modyfikację zapisu § 5 ust 1 umowy oraz załącznika nr 4 do umowy w taki sposób, który umożliwi rzetelnemu wykonawcy złożenie ważnej oferty i zawarcie umowy. W obecnym kształcie warunki płatności ratalnej od wartości zamówienia brutto są na tyle niekorzystne, iż jedynie proponowana modyfikacja zmobilizuje Wykonawcę do umożliwienia Zamawiającemu płatności ratalnej. Wnosimy zatem do Zamawiającego o modyfikację w następujący sposób:

## § 5.

### Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy w zakresie: dotyczącym zakupu i dostawy drukarek, w 24 częściach. **Pierwsza część w wysokości 20% wartości netto oraz całość wartości VAT zamówienia** zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia dostawy. **Zapłata pozostałej części należności netto nastąpi w 23 nieoprocentowanych częściach**, przy czym zapłata każdej kolejnej części nastąpi zgodnie z harmonogramem terminów spłat dołączonym do umowy w postaci załącznika nr 4. Zapłata należności nastąpi na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, złożonej w Kancelarii Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację i zmienia treść SWIZ poprzez zmianę w tym zakresie załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy:

- Załącznik nr 5 § 5 ust. 1:

Załącznik nr 5 § 5 ust. 1 było:

## § 5.

### Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy w zakresie: dotyczącym zakupu i dostawy drukarek, w 24 częściach. Pierwsza część w wysokości 20% wartości zamówienia zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia dostawy. Zapłata pozostałej części należności nastąpi w 23 nieoprocentowanych częściach, przy czym zapłata każdej kolejnej części nastąpi zgodnie z harmonogramem terminów spłat dołączonym do umowy w postaci załącznika nr 4. Zapłata należności nastąpi na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, złożonej w Kancelarii Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa.

Załącznik nr 5 § 5 ust. 1 jest:

## § 5.

### Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy w zakresie: dotyczącym zakupu i dostawy drukarek, w 24 częściach. **Pierwsza część w wysokości 20% wartości netto oraz całość wartości VAT zamówienia** zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia dostawy. **Zapłata pozostałej części należności netto nastąpi w 23 nieoprocentowanych częściach**, przy czym zapłata każdej kolejnej części nastąpi zgodnie z harmonogramem terminów spłat dołączonym do umowy w postaci załącznika nr 4. Zapłata należności nastąpi na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, złożonej w Kancelarii Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmienione załączniki 1, 2a, 2b, 5 do SIWZ oraz 4 do umowy pod nazwami: Załącznik 1 po zmianie, Załącznik 2a po zmianie, Załącznik 2b po zmianie, Załącznik 5 po zmianie oraz Załącznik 4 do umowy po zmianie.

W celu ułatwienia, w załącznikach zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa  
NIP: 526-00-02-529, REGON: 000288975  
KRS: 0000073036  
tel. 22 599 1500  
fax. 22 599 1502  
<https://dzp.spcsk.pl/>