

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość wymagana
<p>Dzierżawa aparatu do badań urodynamicznych - specyfikację zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ i model oferowanego aparatu, rok produkcji oraz wartość aparatu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić interfejsy do oprogramowania InfoMedica/Simple. Opis aparatu:</p> <p>Wielofunkcyjny aparat do badań urodynamicznych. Stacjonarne urządzenie do oceny fizjologiczno-neurologicznej dolnego układu moczowego</p> <p>Aparat nie starszy niż 2008 r.</p> <p>Aparat pozwalający na wykonanie następujących badań:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Uroflowmetria pomiar przepływu maksymalnego pomiar przepływu średniego pomiar czasu mikcji pomiar czasu przepływu pomiar czasu do maksymalnego przepływu pomiar objętości pomiar przyspieszenia obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s] 0-50 ml/s zakres pomiaru objętości przepływu [ml] 0-1200ml maksymalny czas przepływu [s] 7200 nomogram pediatryczny do badań uroflowmetrycznych *cystometria wodna *cystometria mikcyjna *profilometria wraz z nomogramami ICS oraz Shaefera i krzywą Eberharda *ciśnienie - przepływ - EMG *korelacja ciśnienie-przepływ *ciśnienie punktu nietrzymania moczu w próbie Valsalvy i próbie pęcherzowej 	miesiąc	12

<p>*program VBN do analizy fizjologicznej dolnego układu moczowego: podstawowy - nałożenie na wykres przepływ - czas modelowej krzywej zależnej od płci i objętości mikcji</p> <p>*animacja - graficzne przedstawienie detrusora, cewki i zwieraczy podczas mikcji</p> <p>*korelacja dwóch dowolnych parametrów XY</p> <p>*biofeedback</p>		
<p>Sprzęt medyczny niezbędny do wykonania badań urodynamicznych kompatybilny z proponowanym aparatem. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania ilości sprzętu medycznego zabezpieczającej podaną ilość badań oraz jego ceny jednostkowej</p>	<p>badanie</p>	<p>480</p>