



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak sprawy: DZP.262.130.2019

Warszawa, dnia 30 października 2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak DZP.262.130.2019 na:

**Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi urządzeń dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”**

W związku z wpływaniem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający, z uwagi, iż wymaga dostarczenia wraz z mikroskopem jedynie 2 filtrów, dopuści złożenie oferty urządzeniem wyposażonym w magazynek na 3 filtry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z mikroskopem **minimum** a nie **jedynie** 2 filtrów, w związku z powyższym dopuszcza urządzenie wyposażone w magazynek na 3 filtry z wymogiem podania rodzajów oferowanych filtrów.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający, dopuści złożenie oferty z mikroskopem wyposażonym w oświetlacz halogenowy o mocy 30W lub oświetlacz oparty na diodach LED, nie wymagający filtra konwersyjnego oraz niebieskiego, zapewniający barwę światła dziennego, o mocy adekwatnej do wymaganej w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych:

**Było:**

8.	Oświetlenie halogenowe	a) o mocy min. 50 W	(Należy podać)
----	------------------------	---------------------	----------------

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

**Jest:**

8.	Oświetlenie halogenowe lub LED	a) oświetlenie halogenowe o mocy min. 50 W lub LED o mocy min. 10W	(Należy podać)
----	--------------------------------	--	----------------

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z mikroskopem wyposażonym w kamerę cyfrową o rozdzielczości 10MPix (3648x2736), z przetwornikiem CMOS 1 / 2.3", rozmiar piksela 1,67x1,67 um, z portem USB 2.0?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty z mikroskopem wyposażonym w kamerę cyfrową o opisanych parametrach. Oferowany mniejszy rozmiar piksela tj. 1,67x1,67 um w porównaniu do oczekiwanego przez Zamawiającego rozmiaru co najmniej 1,85 x 1,85 um może wpłynąć na pogorszenie jakości obrazu obserwowanych komórek.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający, dopuści złożenie oferty z obiektywem plan achromatycznym 20x o aperturze 0,40

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty z obiektywem plan achromatycznym 20x o mniejszej aperturze, tj. 0,40 i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszczacie zaoferowanie:

1. Mikroskopu z oświetleniem LED z wyższym natężeniem światła
2. Podział światła w fototubusie binokularnym 20"/3-(100:0/0:100)
3. Zaoferowanie nowocześniejszego oświetlenia LED o mocy 10W, bez konieczności filtrów konwersyjnego i niebieskiego, a także zapasowej żarówki?
4. Zaoferowanie olejku immersyjnego 20ml?
5. – przy oświetleniu LED nie ma kwestii wymian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych:

**Było:**

2.	Statyw	d) min. 2 filtry: konwersyjny do światła halogenowego oraz niebieski	(TAK/NIE)
		g) wbudowany oświetlacz światła przechodzącego z lampą HAL min. 50 W oraz zasilacz sieciowy	(TAK/NIE)

**Jest:**

2.	Statyw	d) min. 2 filtry: konwersyjny do światła halogenowego oraz niebieski (w przypadku zaproponowania światła LED niewymagany jest zaoferowanie filtrów)	(należy podać proponowane rozwiązanie)
		g) wbudowany oświetlacz światła przechodzącego z lampą HAL min. 50 W lub LED min. 10 W oraz zasilacz sieciowy	(należy podać proponowane rozwiązanie)

**Było:**

4.	Nasadka okularowa	e) z wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o stałym podziale światła min. 50% : 50%	(TAK/NIE)
----	-------------------	---	-----------

**Jest:**

4.	Nasadka okularowa	e) z wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o stałym podziale światła 50% : 50% lub 100:0/0:100	(należy podać proponowane rozwiązanie)
----	-------------------	--	--

**Było:**

12.	Wyposażenie dodatkowe	d) zapasowa żarówka	(TAK/NIE)
-----	-----------------------	---------------------	-----------

**Jest:**

12.	Wyposażenie dodatkowe	d) zapasowa żarówka – w przypadku zaproponowania oświetlenia halogenowego	(TAK/NIE)
-----	-----------------------	---	-----------

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – *Formularz wymaganych warunków technicznych* został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

W rozdziale XV SIWZ – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

**z:**

Oferta winna być złożona nie później niż do dnia **31.10.2019 r. do godz. 09:30**. Oferty, które zostały nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie i nie będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego.

**na:**

Oferta winna być złożona nie później niż do dnia **05.11.2019 r. do godz. 09:30**. Oferty, które zostały nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie i nie będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego.

W rozdziale XVI SIWZ – TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT

**z:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.10.2019 r., o godzinie 10:00**.

**na:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.11.2019 r., o godzinie 10:00**.