



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak sprawy: DZPUCK.262.063.2020.PW

Warszawa, dnia 20.04.2020

STRONA INTERNETOWA
ZAMAWIAJĄCEGO
<https://dzp.spcsk.pl>
WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowanie nr DZPUCK.262.063.2020 – Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z faktem, iż wymieniona w Zał. 2.1 do SIWZ, w pkt. „Diatermia chirurgiczna z wózkiem” jest urządzeniem pracującym niezależnie od wszystkich innych urządzeń podanych w w/w dokumencie, uprzejmie prosimy o wydzielenie Diatermii do oddzielnego pakietu i umożliwienie składania ofert innym – niż tylko jednemu – podmiotom.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści, aby diatermia chirurgiczna opisana w części VII Załącznika nr 2.2 do SIWZ umożliwiała regulację mocy maksymalnej w większym zakresie, niż podany w poz. 4 ÷ 7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie wskazał zakresu parametru, który mógłby rozważyć, wobec czego nie jest w stanie odnieść się do postawionego pytania. Tym samym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści, aby diatermia chirurgiczna opisana w części VII Załącznika nr 2.2 do SIWZ umożliwiała regulację mocy minimalnej w większym zakresie, niż podany w poz. 10 ÷ 11 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż choć Wykonawca nie wskazał zakresu zmiany parametru, jednakże Zamawiający dopuści zmianę parametru minimalnej nastawy. Tym samym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych w części VII dot. diatermii chirurgicznej poprzez zmianę zapisów w poz. 10-11 nadając im brzmienie:

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 5991702, fax 22 5991704
e-mail: zp@uckwum.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

10.	Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej $\leq 5W$	TAK	
11.	Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego $\leq 10W$	TAK	

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści, aby diatermia chirurgiczna opisana w części VII Załącznika nr 2.2 do SIWZ umożliwiała dokładniejszą regulację mocy od opisanej w poz. 12 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie wskazał zakresu parametru, który mógłby rozważyć, wobec czego nie jest w stanie odnieść się do postawionego pytania. Tym samym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści, aby diatermia chirurgiczna opisana w części VII Załącznika nr 2.2 do SIWZ umożliwiała regulację mocy maksymalnej w większym zakresie, niż podany w poz. 14 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie wskazał zakresu parametru, który mógłby rozważyć, wobec czego nie jest w stanie odnieść się do postawionego pytania. Tym samym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6:

Czy ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń (do wyboru przez Wykonawcę), również w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7:

dotyczy zał. nr 2.2 - Formularz wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, VII. Diatermia chirurgiczna, Lp.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie oferty na diatermię bez przystawki argonowej. Oferowana diatermia posiada funkcje spray, która zastępuje funkcje koagulacji argonowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych w części VII dot. diatermii chirurgicznej poprzez zmianę zapisów w poz. 19 nadając im brzmienie:

19.	Przystawka argonowa lub funkcja spray zastępująca funkcję koagulacji argonowej	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 8:

dotyczy zał. nr 2.2 - Formularz wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjni na 1 endoskop bez kosza do mycia trokarów i optyk laparoskopowych. Odstąpienie od wymogu pozwoli zaoferować konkurencyjną pod względem cenowym ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i w związku z powyższym informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 5 poprzez wykreślenie poz. 5.

Pytanie 9:

dotyczy zał. nr 2.2 - Formularz wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjni ze standardowym procesem mycia i dezynfekcji endoskopów składającym się z następujących etapów: test szczelności, czyszczenie wstępne, czyszczenie, dezynfekcja, płukanie, płukanie końcowe. Oferowana myjnia jest zgodna z europejską normą dla myjni-dezynfektorów EN 15883-1 i 4.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 9 poprzez zmianę zapisów w poz. 9-18 przez wykreślenie pozycji 10-18 oraz zmianę treści poz. 9 nadając jej brzmienie:

9.	Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się min. z następujących etapów: - test szczelności trwający przez cały proces - czyszczenie wstępne - czyszczenie - dezynfekcja - płukanie - płukanie końcowe	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 10:

dotyczy zał. nr 2.2 - Formularz wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby / Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób

Wewnętrznych / Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii, III Monitor medyczny, Lp. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitora z wyjściami: 2x3G-SDI, Wideo BNC, Y/C-4 pin, HD15 D-Sub, 2xDVI-I.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby / Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych / Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii, III Monitor medyczny, Lp. 11 poprzez zmianę zapisów w poz. 11 nadając im brzmienie:

11.	Wyjścia min.: 1x 3G-SDI, 1x HD-SDI	TAK	
-----	------------------------------------	-----	--

Pytanie 11:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt.

Pkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wyjścia analogowego HDTV 1080 min.: RGB/YPbPr?
Standard w dzisiejszych czasach już jest nie używany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby_Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt. Pkt. 3 poprzez wykreślenie poz. 3.

Pytanie 12:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści menu pacjenta w języku polskim natomiast menu funkcyjne oraz komunikaty systemowe wyświetlane w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu

endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby_Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt. Pkt. 7 poprzez zmianę zapisów w poz. 7 nadając im brzmienie:

7.	Menu urządzenia w języku polskim lub angielskim za wyjątkiem menu pacjenta, które Zamawiający wymaga w języku polskim	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 13:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt.

Pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z używania znaków diakrytycznych z klawiatury, natomiast dopuści stosowanie ich w komunikacji z systemem szpitalnym poprzez protokoły DICOM?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby_Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt. Pkt. 8 poprzez zmianę zapisów w poz. 8 nadając im brzmienie:

8.	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ź,ż) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta lub w przypadku jej braku, możliwość stosowania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ź,ż) w komunikacji z systemem szpitalnym poprzez protokoły DICOM.	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 14:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

Źródło światła – 2 szt.

Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED min. 1400 lm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby_Dot. Źródło światła – 2 szt. Pkt. 1 poprzez zmianę zapisów w poz. 1 nadając im brzmienie:

1.	Lampa ksenon lub LED, min 300W lub min. 1400 lm	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 15:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

Źródło światła – 2 szt.

Pkt. 3

Czy zamawiający dopuści brak zapasowej żarówki? Producent nie przewiduje awarii 4 diod LED.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby_Dot. Źródło światła – 2 szt. Pkt. 3 poprzez zmianę zapisów w poz. 3 nadając im brzmienie:

3.	W przypadku zaoferowania lampy ksenonowej w poz. 1 zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej min. 35 W.	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 16:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji 14 ms?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby III Monitor medyczny, pkt. 6 nadając mu brzmienie:

6.	Reakcja matrycy max. 14 ms	TAK	
----	----------------------------	-----	--

Pytanie 17:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z głębi kolorów 10 bit?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby III Monitor medyczny, pkt. 7 poprzez wykreślenie poz. 7.

Pytanie 18:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 9

Czy zamawiający dopuści kontrast 1000:1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby III Monitor medyczny, pkt. 9 nadając mu brzmienie:

9.	Kontrast min.1000:1	TAK	
----	---------------------	-----	--

Pytanie 19:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści jedno wejście 3G-SDI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby III Monitor medyczny, pkt. 10 nadając mu brzmienie:

10.	Wejścia min.: 1x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-Sub, 2x DVI-I.	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 20:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści jedno wyjście HDSLI, brak wyjścia video BNC, brak wyjścia Y/C 4 piny, brak wyjścia HD-15 D-Sub, jedno wyjście 3G-SDI, HD-SDI?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej – odpowiedź na pytanie 10.

Pytanie 21:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby III Monitor medyczny, pkt. 12 nadając mu brzmienie:

12.	Funkcja PIP (obraz w obrazie)	TAK	
-----	-------------------------------	-----	--

Pytanie 22:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 13

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu: Funkcja klonowania obrazu- klonuje obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarkę zachowując widok PIP lub POP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby III Monitor medyczny, pkt. 13 poprzez wykreślenie poz. 13.

Pytanie 23:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym przyciskiem na panelu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby III Monitor medyczny, pkt. 14 nadając mu brzmienie:

14.	Funkcja wzmocnienia strukturalnego.	TAK	
-----	-------------------------------------	-----	--

Pytanie 24:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 16

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Odporność na kontakt z płynami klasy min. IPX1?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

IV. Wózek endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z przegubowego ramienia umożliwiającego manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka – na rzecz ramienia umożliwiającego regulację prawo, lewo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby IV. Wózek endoskopowy szt.2, pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Ramię umożliwiające regulację – min. lewo, prawo.	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 26:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

IV. Wózek endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Min.4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch z nich” rzecz „min. 3 półki”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby IV. Wózek endoskopowy szt.2, pkt. 6 nadając mu brzmienie:

6.	Min.3 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch z nich	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 27:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

IV. Wózek endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści szerokość użytkową półek ustandaryzowaną ok. 450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby IV. Wózek endoskopowy szt.2, pkt. 7 nadając mu brzmienie:

7.	Szerokość użytkowa półek: górna: 410-450 mm, środkowe: 450-470 mm, dolna: 450-600 mm	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 28:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

VII. Wideogastroskop min. HDTV1080p – 1 szt.

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści grubość sondy endoskopowej max. 9,3 mm z grubością końcówki skrętnej 9,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby VII. Wideogastroskop min. HDTV1080p – 1 szt. , pkt. 3 nadając mu brzmienie:

3.	Grubość całej sondy endoskopowej – max. 9,3 mm	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 29:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

VIII. Wideogastroskop zabiegowy min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści średnicę końcówki endoskopu max. 10,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby VIII. Wideogastroskop zabiegowy min. HDTV – 2 szt. , pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Średnica końcówki endoskopu – max. 10,5 mm	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 30:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XI. Wideoduodenoskop – 2 szt.

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści system blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce endoskopu G-Lock?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XI. Wideoduodenoskop – 2 szt. , pkt. 11 nadając mu brzmienie:

11.	System blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce endoskopu, umożliwiający wymianę narzędzia bez konieczności zmiany położenia prowadnicy w drogach żółciowych	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 31:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XI. Wideoduodenoskop – 2 szt.

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym przez filtr cyfrowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XI. Wideoduodenoskop – 2 szt. , pkt. 12 nadając mu brzmienie:

12.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr min. cyfrowy.	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 32:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XII. Enteroskop

Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści dwu – balonowy system do wprowadzania endoskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XII. Enteroskop. , pkt. 1 nadając mu brzmienie:

1.	Jednobalonowy lub dwubalonowy system do wykonywania enteroskopii	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 33:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 4

Czy zamawiający dopuści zapis: umieszczenie endoskopów w oddzielnych komorach myjni umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w bezpieczny sposób?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt. , pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni lub w oddzielnych komorach myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiłby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy.	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 34:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych ze względu na to, że myjnie są dedykowane do mycia endoskopów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt. , pkt. 5 poprzez wykreślenie poz. 5.

Pytanie 35:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe jak i wielorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 17

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 17? Myjnia wykonuje proces mycia i dezynfekcji w temperaturach pokojowych nie ma etapu schładzania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt., poprzez zmianę zapisów w poz. 9-18 przez wykreślenie pozycji 10-18 oraz zmianę treści poz. 9 nadając jej brzmienie:

9.	Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się min. z następujących etapów: - test szczelności trwający przez cały proces - czyszczenie wstępne - czyszczenie - dezynfekcja - płukanie - płukanie końcowe	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 37:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści fazę przedmuchiwania kanałów endoskopowych?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej – odpowiedź na pytanie nr 36.

Pytanie 38:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści kondensację oparów poprzez procesy fizyczne bez konieczności odprowadzania na zewnątrz myjni?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt. , pkt. 19 nadając mu brzmienie:

19.	Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni z możliwością lub bez konieczności ich usuwania	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 39:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści zasilanie prądem dwu – fazowym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt. , pkt. 22 nadając mu brzmienie:

22.	Zasilanie prądem dwu lub trójfazowym	TAK	
-----	--------------------------------------	-----	--

Pytanie 40:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści obudowę komory z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt., pkt. 24 nadając mu brzmienie:

24.	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 41:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści myjnie bez portu komunikacyjnego RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby XIV. Myjnia endoskopowa – 2 szt., pkt. 27 nadając mu brzmienie:

27.	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit) lub komunikacja bezprzewodowa	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 42:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XV. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt.

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści szafę bez możliwości wymiany danych pomiędzy systemem do archiwizacji badań endoskopowych na temat różnych typów endoskopów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby_XV. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt. Pkt. 2, poprzez wykreślenie poz. 2.

Pytanie 43:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby

XV. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt.

Pkt. 8

Czy zamawiający szafę bez blokady elektrycznej, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby_XV. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt. Pkt. 8, poprzez wykreślenie poz. 8.

Pytanie 44:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt.

Pkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wyjścia analogowego HDTV 1080 min.: RGB/YPbPr?

Standard w dzisiejszych czasach już jest nie używany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt. Pkt. 3 poprzez wykreślenie poz. 3.

Pytanie 45:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści menu pacjenta w języku polskim natomiast menu funkcyjne oraz komunikaty systemowe wyświetlane w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt. Pkt. 7 poprzez zmianę zapisów w poz. 7 nadając im brzmienie:

7.	Menu urządzenia w języku polskim lub angielskim za wyjątkiem menu pacjenta, które Zamawiający wymaga w języku polskim	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 46:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt.

Pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z używania znaków diakrytycznych z klawiatury, natomiast dopuści stosowanie ich w komunikacji z systemem szpitalnym poprzez protokoły DICOM?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Dot. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 2 szt. Pkt. 8 poprzez zmianę zapisów w poz. 8 nadając im brzmienie:

8.	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ź,ż) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta lub w przypadku jej braku, możliwość stosowania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ź,ż) w komunikacji z systemem szpitalnym poprzez protokoły DICOM.	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 47:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

II. Źródło światła – 2 szt.

Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED min. 1400 lm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych_Dot. Źródło światła – 2 szt. Pkt. 1 poprzez zmianę zapisów w poz. 1 nadając im brzmienie:

1.	Lampa ksenon lub LED, min 300W lub min. 1400 lm	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 48:**Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.****II. Źródło światła – 2 szt.**

Pkt. 3

Czy zamawiający dopuści brak zapasowej żarówki? Producent nie przewiduje awarii 4 diod LED.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego -Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych_Dot. Źródło światła – 2 szt. Pkt. 3 poprzez zmianę zapisów w poz. 3 nadając im brzmienie:

3.	W przypadku zaoferowania lampy ksenonowej w poz. 1 zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej min. 35 W.	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 49:**Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.****III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.**

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji 14 ms?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt, pkt. 6 nadając mu brzmienie:

6.	Reakcja matrycy max. 14 ms	TAK	
----	----------------------------	-----	--

Pytanie 50:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z głębi kolorów 10 bit?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt, pkt. 7 poprzez wykreślenie poz. 7.

Pytanie 51:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 9

Czy zamawiający dopuści kontrast 1000:1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt, pkt. 9 nadając mu brzmienie:

9.	Kontrast min.1000:1	TAK	
----	---------------------	-----	--

Pytanie 52:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści jedno wejście 3G-SDI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki

Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt, pkt. 10 nadając mu brzmienie:

10.	Wejścia min.: 1x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-Sub, 2x DVI-I.	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 53:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści jedno wyjście HSDI, brak wyjścia video BNC, brak wyjścia Y/C 4 piny, brak wyjścia HD-15 D-Sub, jedno wyjście 3G-SDI, HD-SDI?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej – odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie 54:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt, pkt. 12 nadając mu brzmienie:

12.	Funkcja PIP (obraz w obrazie)	TAK	
-----	-------------------------------	-----	--

Pytanie 55:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 13

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu: Funkcja klonowania obrazu- klonuje obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarkę zachowując widok PIP lub POP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt, pkt. 13 poprzez wykreślenie poz. 13.

Pytanie 56:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym przyciskiem na panelu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt, pkt. 14 nadając mu brzmienie:

14.	Funkcja wzmocnienia strukturalnego.	TAK	
-----	-------------------------------------	-----	--

Pytanie 57:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

III. Monitor medyczny min. HDTV – 2 szt.

Pkt. 16

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Odporność na kontakt z płynami klasy min. IPX1?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 58:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

IV. Wózek endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z przegubowego ramienia umożliwiającego manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka – na rzecz ramienia umożliwiającego regulację prawo, lewo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych IV. Wózek endoskopowy – 2 szt. pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Ramię umożliwiające regulację – min. lewo, prawo.	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 59:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

IV. Wózek endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Min.4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch z nich” rzecz „min. 3 półki”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych IV. Wózek endoskopowy – 2 szt. pkt. 6 nadając mu brzmienie:

6.	Min.3 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch z nich	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 60:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

IV. Wózek endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści szerokość użytkową półek ustandaryzowaną ok. 450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych IV. Wózek endoskopowy – 2 szt. pkt. 7 nadając mu brzmienie:

7.	Szerokość użytkowa pótek: górna: 410-450 mm, środkowe: 450-470 mm, dolna: 450-600 mm	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 61:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VI. Ssak Endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści nominalną moc ssania 90 kPa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych VI. Ssak Endoskopowy szt.2. pkt. 3 nadając mu brzmienie:

3.	Nominalna moc ssania min 85 kPa	TAK	
----	---------------------------------	-----	--

Pytanie 62:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VI. Ssak Endoskopowy – 2 szt.

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zapis: Nominalny swobodny przepływ powietrza min.30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych VI. Ssak Endoskopowy szt.2. pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Nominalny swobodny przepływ powietrza min.30 l/min	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 63:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VIII. Wideogastroskop min. HDTV1080p – 2 szt.

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści grubość sondy endoskopowej max. 9,3 mm z grubością końcówki skrętnej 9,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych VIII. Wideogastroskop min. HDTV1080p – 2 szt. pkt. 3 nadając mu brzmienie:

3.	Grubość całej sondy endoskopowej – max. 9,3 mm	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 64:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

X. Wideoduodenoskop – 2 szt.

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści system blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce endoskopu G-Lock?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych X. Wideoduodenoskop – 2 szt. pkt. 11 nadając mu brzmienie:

11.	System blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce endoskopu, umożliwiający wymianę narzędzia bez konieczności zmiany położenia prowadnicy w drogach żółciowych	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 65:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

X. Wideoduodenoskop – 2 szt.

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym przez filtr cyfrowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych X. Wideoduodenoskop – 2 szt. pkt. 12 nadając mu brzmienie:

12.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr min. cyfrowy.	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 66:**Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.****XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.**

Pkt. 4

Czy zamawiający dopuści zapis: umieszczenie endoskopów w oddzielnych komorach myjni umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w bezpieczny sposób?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych -_Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt. pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni lub w oddzielnych komorach myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiłby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy.	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 67:**Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.****XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.**

Pkt. 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych ze względu na to, że myjnie są dedykowane do mycia endoskopów?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej - odpowiedź na pytanie nr 8.

Pytanie 68:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe jak i wielorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 69:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 17

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 17? Myjnia wykonuje proces mycia i dezynfekcji w temperaturach pokojowych nie ma etapu schładzania.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej - odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie 70:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści fazę przedmuchiwania kanałów endoskopowych?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej - odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie 71:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści kondensację oparów poprzez procesy fizyczne bez konieczności odprowadzania na zewnątrz myjni?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt. Po wykreślonej poz. 10-18, Zamawiający dodaje poz. 19 w brzmieniu:

19.	Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni z możliwością lub bez konieczności ich usuwania.	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 72:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści zasilanie prądem dwu – fazowym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt. , pkt. 22 nadając mu brzmienie:

22.	Zasilanie prądem dwu lub trójfazowym	TAK	
-----	--------------------------------------	-----	--

Pytanie 73:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści obudowę komory z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa

Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt. pkt. 24 nadając mu brzmienie:

24.	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 74:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt.

Pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści myjnię bez portu komunikacyjnego RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych XI. Myjnia endoskopowa – 2 szt. , pkt. 27 nadając mu brzmienie:

27.	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit) lub komunikacja bezprzewodowa	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 75:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt.

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści szafę bez możliwości wymiany danych pomiędzy systemem do archiwizacji badań endoskopowych na temat różnych typów endoskopów?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego – Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych XII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt. Pkt. 2, poprzez wykreślenie poz. 2.

Pytanie 76:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

XII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt.

Pkt. 8

Czy zamawiający szafę bez blokady elektrycznej, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego – Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych XII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt. Pkt. 8, poprzez wykreślenie poz. 8.

Pytanie 77:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

I. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 1 szt.

Pkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wyjścia analogowego HDTV 1080 min.: RGB/YPbPr?

Standard w dzisiejszych czasach już jest nie używany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego – Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii I. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 1 szt. Pkt. 3, poprzez wykreślenie poz. 3.

Pytanie 78:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

I. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 1 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści menu pacjenta w języku polskim natomiast menu funkcyjne oraz komunikaty systemowe wyświetlane w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego – Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób

Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii I. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 1 szt. Pkt. 7, nadając mu brzmienie:

7.	Menu urządzenia w języku polskim lub angielskim za wyjątkiem menu pacjenta, które Zamawiający wymaga w języku polskim	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 79:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

I. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 1 szt.

Pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z używania znaków diakrytycznych z klawiatury, natomiast dopuści stosowanie ich w komunikacji z systemem szpitalnym poprzez protokoły DICOM?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego – Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii I. Procesor obrazu min. HDTV1080p – 1 szt. Pkt. 8, nadając mu brzmienie:

8.	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ź,ż) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta lub w przypadku jej braku, możliwość stosowania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ź,ż) w komunikacji z systemem szpitalnym poprzez protokoły DICOM.	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 80:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

II. Źródło światła – 1 szt.

Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED min. 1400 lm?

Odpowiedź:

Tak. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego – Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii II. Źródło światła – 1 szt., Pkt. 1 nadając mu brzmienie:

1.	Lampa ksenon lub LED, min 300W lub min. 1400 lm	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 81:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

II. Źródło światła – 1 szt.

Pkt. 3

Czy zamawiający dopuści brak zapasowej żarówki? Producent nie przewiduje awarii 4 diod LED.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego – Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii II. Źródło światła – 1 szt., Pkt. 3 nadając mu brzmienie:

3.	W przypadku zaoferowania lampy ksenonowej w poz. 1 zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej min. 35 W.	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 82:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji 14 ms?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii III. Monitor medyczny – 1 szt., pkt. 6 nadając mu brzmienie:

6.	Reakcja matrycy max. 14 ms	TAK	
----	----------------------------	-----	--

Pytanie 83:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z głębi kolorów 10 bit?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii III. Monitor medyczny – 1 szt., pkt. 7 poprzez wykreślenie poz. 7.

Pytanie 84:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 9

Czy zamawiający dopuści kontrast 1000:1?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii III. Monitor medyczny – 1 szt. Pkt. 9 nadając mu brzmienie:

9.	Kontrast min.1000:1	TAK	
----	---------------------	-----	--

Pytanie 85:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści jedno wejście 3G-SDI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii III. Monitor medyczny – 1 szt. Pkt. 10 nadając mu brzmienie:

10.	Wejścia min.: 1x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-Sub, 2x DVI-I.	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 86:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści jedno wyjście HDSDI, brak wyjścia video BNC, brak wyjścia Y/C 4 piny, brak wyjścia HD-15 D-Sub, jedno wyjście 3G-SDI, HD-SDI?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej – odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie 87:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii III. Monitor medyczny – 1 szt. Pkt. 12 nadając mu brzmienie:

12.	Funkcja PIP (obraz w obrazie)	TAK	
-----	-------------------------------	-----	--

Pytanie 88:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 13

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu: Funkcja klonowania obrazu- klonuje obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarkę zachowując widok PIP lub POP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii

Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii III. Monitor medyczny – 1 szt. Pkt. 13 poprzez wykreślenie poz. 13.

Pytanie 89:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym przyciskiem na panelu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii III. Monitor medyczny – 1 szt. Pkt. 14 nadając mu brzmienie:

14.	Funkcja wzmocnienia strukturalnego.	TAK	
-----	-------------------------------------	-----	--

Pytanie 90:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

III. Monitor medyczny min. HDTV – 1 szt.

Pkt. 16

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Odporność na kontakt z płynami klasy min. IPX1?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 91:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

IV. Wózek endoskopowy – 1 szt.

Pkt. 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z przegubowego ramienia umożliwiającego manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka – na rzecz ramienia umożliwiającego regulację prawo, lewo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii IV. Wózek medyczny – 1 szt. Pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Ramię umożliwiające regulację – min. lewo, prawo.	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 92:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

IV. Wózek endoskopowy – 1 szt.

Pkt. 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Min.4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch z nich” rzecz „min. 3 półki”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii IV. Wózek medyczny – 1 szt. Pkt. 6 nadając mu brzmienie:

6.	Min.3 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch z nich	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 93:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

IV. Wózek endoskopowy – 1 szt.

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści szerokość użytkową półek ustandaryzowaną ok. 450 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii IV. Wózek medyczny – 1 szt. Pkt. 7 nadając mu brzmienie:

7.	Szerokość użytkowa półek: górna: 410-450 mm, środkowe: 450-470 mm, dolna: 450-600 mm	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 94:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

V. Ssak Endoskopowy – 1 szt.

Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści nominalną moc ssania 90 kPa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii V. Ssak endoskopowy – 1 szt. Pkt. 3 nadając mu brzmienie:

3.	Nominalna moc ssania min. 85 kPa	TAK	
----	----------------------------------	-----	--

Pytanie 95:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

V. Ssak Endoskopowy – 1 szt.

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zapis: Nominalny swobodny przepływ powietrza min.30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii V. Ssak endoskopowy – 1 szt. Pkt. 4 nadając mu brzmienie:

4.	Nominalny swobodny przepływ powietrza min.30 l/min	TAK	
----	--	-----	--

Pytanie 96:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VI. Wideobronchoskop min. HDTV 1080p – 1 szt.

Pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z rotacji sondy lewo/prawo min. 120°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VI. Wideobronchoskop min. HDTV 1080p – 1 szt. Pkt. 8 poprzez wykreślenie poz. 8.

Pytanie 97:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VI. Wideobronchoskop min. HDTV 1080p – 1 szt.

Pkt. 9

Czy zamawiający dopuści 2 przyciski programowalne z bronchoskopie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VI. Wideobronchoskop min. HDTV 1080p – 1 szt. Pkt. 9 nadając mu brzmienie:

9.	Programowalne przyciski endoskopowe min. 2. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 98:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VI. Wideobronchoskop min. HDTV 1080p – 1 szt.

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści konektor dwu – gniazdowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie – pozostałe zapisy bez zmian- parametr podlega ocenie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VI. Wideobronchoskop min. HDTV 1080p – 1 szt. Pkt. 12 nadając mu brzmienie:

12.	Konektor min. jedno gniazdowy	Parametr oceniany	<i>Parametr punktowany</i> O₀₂₉ TAK -10 pkt,
-----	-------------------------------	-------------------	--

			NIE - 0 pkt.
--	--	--	--------------

Pytanie 99:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści brak kanału roboczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę parametru.

Pytanie 100:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 3-50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę parametru.

Pytanie 101:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści zagięcie końcówki endoskopu góra 130 stopni, dół 130 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VII. Pleuroskop – szt. 1, Pkt.8 nadając mu brzmienie:

8.	Zginanie końcówki endoskopu min.: góra: 130°, dół: 130°	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 102:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści pole widzenia 90 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę parametru.

Pytanie 103:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści 2 przyciski sterujące funkcjami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VII. Pleuroskop – 1 szt. Pkt. 10 nadając mu brzmienie:

10.	Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min. 2	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 104:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z dezynfekcji w autoklawie endoskopu?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 105:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 13

Czy Zamawiający zrezygnuje z zaworów ssących w pełni odłączalnych i rozbieralnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VII. Pleuroskop – 1 szt. Pkt. 13 poprzez wykreślenie poz. 13.

Pytanie 106:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VII. Pleuroskop - szt.1

Pkt. 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z tacy do sterylizacji?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 107:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VIII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt.

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści szafę bez możliwości wymiany danych pomiędzy systemem do archiwizacji badań endoskopowych na temat różnych typów endoskopów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VIII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt. Pkt. 2 poprzez wykreślenie poz. 2.

Pytanie 108:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

VIII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt.

Pkt. 8

Czy Zamawiający szafę bez blokady elektrycznej, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych - Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii VIII. Szafa do przechowywania aparatury endoskopowej wraz z monitoringiem - 1 szt. Pkt. 8 poprzez wykreślenie poz. 8.

Pytanie 109:

Parametry Techniczne - system do archiwizacji Pracowni Endoskopowe.

I. Archiwizacja Obrazów HDTV do aparatury endoskopowej

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści system bez kontroli badań wykonanych przez personel oraz endoskop?

Odpowiedź:

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 110:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści minimalną nastawę do koagulacji monopolarnej 1 W?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3

Pytanie 111:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Pkt. 11

Czy zamawiający dopuści minimalną nastawę do cięcia monopolarnego 1W?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 112:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści zmiany nastaw w pełnym zakresie co 1 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt. Pkt. 12 nadając mu brzmienie:

12.	Zmiana nastaw w zakresie do 50W – co max. 1 W, powyżej 50W- co max.5W, powyżej 100W- co max. 10W.	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 113:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści diatermię bez dedykowanego programu rozpoznawania roztworu soli w resekcji bipolarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt. Pkt. 14 poprzez wykreślenie poz. 14.

Pytanie 114:

Parametry Techniczne – zestawienie aparatury i sprzętu endoskopowego - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści diatermię sygnalizującą stan pracy generatora sygnałem akustycznym z regulacją stopniową natężenia dźwięku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Tym samym Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych VII. Diatermia chirurgiczna – 1 szt. Pkt. 15 nadając mu brzmienie:

15.	Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością regulacji natężenia dźwięku.	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 115:

Parametry Techniczne - system do archiwizacji Pracownie Endoskopowe.

I. Archiwizacja Obrazów HDTV do aparatury endoskopowej

Pkt. 15

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Integracja z systemem HIS (HL7) oraz PACS (DICOM3) posiadany przez Zamawiającego tj. CliniNET firmy CGM?

Odpowiedź:

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 116:

Parametry Techniczne - system do archiwizacji Pracownie Endoskopowe.

I. Archiwizacja Obrazów HDTV do aparatury endoskopowej

Pkt. 19

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Stacja robocza przechwytyjąca obrazy z torów wizyjnych w standardzie HDTV do przeglądania – stanowisko robocze/ składające się z komputera, monitora i drukarki / dedykowane do systemu archiwizacji HDTV min. 10 kpl.?

Odpowiedź:

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 117:

Parametry Techniczne - system do archiwizacji Pracownie Endoskopowe.

I. Archiwizacja Obrazów HDTV do aparatury endoskopowej

Pkt. 20

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Dedykowany serwer do systemu archiwizacji?

Odpowiedź:

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Zmieniony załącznik nr 2.2 – Formularz wymaganych warunków technicznych, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: <https://dzp.spcsk.pl>